

**To:** (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl  
**From:** (10)(2e) (10)(2e)  
**Sent:** Thur 5/7/2020 11:51:56 AM  
**Subject:** FW: Europese aanbesteding van FFP3 maskers  
**Received:** Thur 5/7/2020 11:51:57 AM

Ter info, bericht van Inspectie SZW over gebruik van FFP3 maskers.

**Van:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@InspectieSZW.nl>  
**Verzonden:** donderdag 7 mei 2020 13:49  
**Aan:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>  
**CC:** (10)(2e) <(10)(2e)@inspectieszw.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@InspectieSZW.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@inspectieszw.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@InspectieSZW.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@InspectieSZW.nl>  
**Onderwerp:** RE: Europese aanbesteding van FFP3 maskers

Beste (10)(2e)

*Is het zinvol dat ministerie VWS het maximale aantal FFP3 maskers aankoopt?*

Ja dat is zeker zo. Vanuit oogpunt van arbeidsomstandigheden moet blootstelling aan een biologisch agens worden voorkomen. FFP3 maskers geven betere bescherming tegen het virus dan FFP2 maskers. Het argument van zware belemmering van de ademhaling bij de gebruiker (in dit geval het verplegend personeel) is slechts zeer ten dele juist. Er is weliswaar sprake van een wat grotere ademweerstand in vergelijking met FFP2 (wat overigens na een periode van gewenning doorgaans geen hinder meer oplevert) maar de filterwerking van een FFP3 is beduidend beter waardoor de gebruiker per saldo beter wordt beschermd als ook is de inwaartse lekkage beduidend lager dan die van een FFP2 masker. Daarmee kan tevens beter worden voldaan aan de verplichting tot het voorkomen van de blootstelling.

In algemene zin merken we nog op dat het inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen pas de laatste stap is in de maatregelenaanpak om blootstelling te voorkomen. Daaraan voorafgaand moet worden nagegaan of door het nemen van achtereenvolgens maatregelen, (collectieve) technische en organisatorisch maatregelen, al een zoveel mogelijke reductie van de blootstelling kan worden gerealiseerd. Wat er in dat kader mogelijk is bij welke maatregelen, is situatieafhankelijk.

*Worden deze maskers ook in andere industrieën (bijvoorbeeld in de chemie-industrie?) gebruikt en zo ja, worden daar op dit moment tekorten ervaren en zou de aankoop van deze maskers welkom daarvoor zijn?*

Ja ze worden eveneens in (vele) andere sectoren toegepast. ISZW krijgt signalen over tekorten binnen. Daarnaast heeft het OMT zich recent ook gebogen over de vraag hoe de verdeling van schaarse mondneusmaskers in een aantal specifieke sectoren geprioriteerd zou kunnen worden.

Met vriendelijke groet

(10)(2e) & (10)(2e) & (10)(2e)  
 Inspectie SZW-Arbo | Inspectiebreed Kenniscentrum  
 Postadres: Postbus 90801, 2509 LV Den Haag | (10)(2e)  
 Bezoekadres: Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht  
 (10)(2e)  
 (10)(2e)  
 (10)(2e)

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)@inspectieszw.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 5 mei 2020 09:41  
**Aan:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@InspectieSZW.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@inspectieszw.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@InspectieSZW.nl>  
**Onderwerp:** FW: Europese aanbesteding van FFP3 maskers

Goedemorgen collegae,

Kunnen jullie hier naar kijken en naar VWS reageren?

Alvast dank

Hgr

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work  
([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

---

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)> <(10)(2e)@minvws.nl>  
**Datum:** maandag 04 mei 2020 3:44 PM  
**Aan:** (10)(2e) <(10)(2e)@inspectieszw.nl>  
**Kopie:** (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>  
**Onderwerp:** Europese aanbesteding van FFP3 maskers

Dag (10)(2e)

Zoals net besproken.

Nederland heeft zich ingeschreven voor een aantal Europese aanbestedingsprocedures voor o.a. persoonlijk beschermingsmateriaal.

Bij één van de procedures is het mogelijk om ongeveer (10)(1c) bij Medicom aan te schaffen. Het ministerie van VWS twijfelt nog of zij het maximale aantal FFP3 maskers moet aankopen of slechts een gedeelte ervan. FFP3 maskers zijn in de zorg namelijk minder gewenst dan FFP2 maskers, vanwege de zware belemmering van de ademhaling bij de gebruiker (in dit geval het verplegend personeel). FFP3 maskers kunnen om die reden ook maar kort gebruikt worden door verplegend personeel.

De vraag is of deze maskers ook in andere industrieën (bijvoorbeeld in de chemie-industrie?) worden gebruikt en zo ja, of daar op dit moment tekorten worden ervaren en de aankoop van deze maskers welkom zou zijn?

Alvast bedankt voor het antwoord.

Vriendelijke groet,

(10)(10)(2e)

(10)(2e) LLM  
(10)(2e)

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
(10)(2e)

E | (10)(2e)@minvws.nl