

To: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
From: (10)(2e)
Sent: Mon 5/18/2020 2:14:10 PM
Subject: q 6
Received: Mon 5/18/2020 2:14:10 PM

6. Q Afgekeurde kapjes

Hoe kan het dat 10% van de kapjes niet goed is, en wat gaat u hiermee doen?

- Op dit moment is ongeveer 11% van het totaal aan het LCH geleverde mondmaskers afgekeurd.
- Deze mondmaskers voldoen niet aan de gestelde kwaliteitseisen en worden daarom niet verspreid in de zorgsector
- Het merendeel betreft FFP-2 mondmaskers die zijn afgekeurd op de doorlaatbaarheid van het filter.
- Op het masker zelf staat het beschermingsniveau waar deze niet aan blijkt te voldoen. Daarmee wordt het inzetten van deze maskers risicovol als ze in handen komen van mensen die niet weten dat er sprake is van afgekeurde maskers en zouden ze zelfs in de zorg terug kunnen komen.
- Naast deze 11 % zijn er maskers die met een kleine aanpassing nog prima gebruikt kunnen worden in de zorg. Het gaat dan maskers waarbij het filter goed functioneert, maar waarbij het masker niet helemaal passend is. Deze kunnen worden ingezet als de goede maskers niet beschikbaar zijn.

(10)(2e) 2e)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
Postbus 20350, 2500 FJ Den Haag

(10)(2e)