

Hoi

Verwachten jullie dat het lukt om vandaag met een tekst te komen voor in het plan. Het LNAZ maakt zich wel zorgen, vooral omdat er bij de ziekenhuizen nog geen comfort is dat er genoeg pbm is (nu al niet en zeker niet voor de 3000 bedden). Het zou heel fijn zijn als we aan kunnen geven wat we van de ziekenhuizen zelf kunnen verwachten qua voorraad en waarvoor ze bij het LCH terecht kunnen. Wat daar de voorraad is en of daarin ook rekening gehouden is met een scenario waarin er 3000 IC bedden zijn (zwart scenario als het hele land weer plat ligt). Dan is er namelijk ook pbm nodig voor een flinke hoeveelheid klinische bedden, in de vvt sector, verpleeghuizen enz.

Als het LNAZ geen comfort krijgt gaan ze in het advies opschrijven dat LCH geen comfort kan bieden op dit gebied. Dat willen we voorkomen neem ik aan dus hoe meer info we hebben om de ziekenhuizen gerust te stellen hoe beter. Het plan moet volgende week af zijn en nog wat rondes door langs allerlei gremia dus er is niet heel veel tijd om vanalles uit te zoeken.

Hopelijk lukt het om vandaag wat aan te leveren. Zoniet laat het dan even weten.

Groeten 5.1.2e



5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Curatieve Zorg |
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |
* (070) 5.1.2e | 06- 5.1.2e
✉ 5.1.2e | [@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl) | www.rijksoverheid.nl |

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: woensdag 2 september 2020 11:42

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Opschaling 3000 bedden: IC beademingsapparatuur & PBM

Dag 5.1.2e

Het lukt ons niet om vandaag – o.a. vanwege het debat van vanmiddag – een reactie te geven, maar wellicht dat het morgen wel gaat lukken.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

E: 5.1.2e@minvws.nl

M: +316 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: woensdag 2 september 2020 09:25

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Opschaling 3000 bedden: IC beademingsapparatuur & PBM

Hallo 5.1.2e

In het opschalingsplan tot 3000 bedden staat nu een tekstpassage die betrekking heeft op de persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gaat om paragraaf 5.4.3 en dan de onderste paragraaf daarin over de pbm. Zouden jullie deze tekst aan kunnen vullen, er staan wat vragen in vanuit het LNAZ.

We hebben wel eerder antwoord gekregen op een aantal vragen maar daar konden we niet heel concreet uithalen wat we willen weergeven in de tekst.

Willen jullie een poging doen om er een mooie tekstpassage van te maken. Als dat vandaag nog lukt zou dat heel fijn zijn, dan kan het nog mee in de versie die we naar de ROAZ voorzitters sturen. Als dat niet lukt dan graag uiterlijk vrijdag, dan nemen we het mee in een volgende versie.

Groeten 5.1.2e



5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Curatieve Zorg |
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |
* (070) 5.1.2e 06- 5.1.2e |
✉ 5.1.2e @minvws.nl | www.rijksoverheid.nl |

Van: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 14:49

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minocw.nl>;

Onderwerp: RE: Opschaling 3000 bedden: IC beademingsapparatuur & PBM

Dag 5.1.2e

Dank voor je mail. Net ook even met 5.1.2e gesproken over de mailwisseling.

Om misverstanden te voorkomen lijkt het mij goed als je LNAZ verzoekt om (dergelijke) vragen over PBM rechtstreeks aan GMT (inclusief 5.1.2e te stellen en niet aan LCH. 5.1.2e schakelt ook nog met 5.1.2e.

Dank en groet,

5.1.2e

5.1.2e

.....
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
.....

E: 5.1.2e @minvws.nl

M: +316 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 13:38

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minocw.nl>;

CC: 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>;

Onderwerp: FW: Opschaling 3000 bedden: IC beademingsapparatuur & PBM

Ha allen,

Zie onderstaande mailwisseling tussen het LCH en het LNAZ over de opschaling van 3000 bedden. Het is verstandig dat jullie hierbij aanhaken. Hierbij stuur ik het aan jullie door, omdat ik persoonlijk bezig ben met de vragen

rondom beademingsapparatuur.

Vriendelijke groet,

5.1.2e



5.1.2e

5.1.2e

Directie Curatieve Zorg (CZ) |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

* (070) 5.1.2e 06 5.1.2e |

✉ 5.1.2e@minvws.nl | www.rijksoverheid.nl |

Van: 5.1.2e <5.1.2e@lnaz.nl>

Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 13:13

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@amsterdamumc.nl>

Onderwerp: RE: Opschaling 3000 bedden: IC beademingsapparatuur & PBM

5.1.2e

Dank voor je reactie en de beantwoording. Deze roept bij mij nog wel een aantal aanvullende vragen op..
Graag ontvang ik daarvan van jou mogelijk in afstemming met VWS een antwoord.

Met welke piek (hoeveel IC bedden) werkt het LCH op dit moment, waar richt zij de voorraad PBM op in?

Jouw antwoord is mij in die zin duidelijk, dat jullie je voorbereiden op in feite twee golven met een max piek van 1.300 IC bedden.
(Ik neem aan dat 1.300 het totaal aantal IC bedden en dus niet het aantal IC bedden sec voor Covid? Graag daarop je reactie).

Ons plan bereidt zich voor op een tweede golf in de omvang van in totaal 2.400 IC Bedden in Nederland en 600 IC bedden in Duitsland.

Dat betekent naar mijn verwachting dat jullie omvang te gering is tenzij jullie analyse (en die VWS) is dat een voorraad van 2x keer een golf van 1.300 IC bedden gelijk staat aan een grote golf van 2.400 IC bedden.

Dit wordt mijn nu niet duidelijk.

Mijn vraag aan jullie is dus eigenlijk heel simpel: Hebben jullie voldoende voorraad PBM voor de zorg in Nederland voor de opvang van een 2^{de} golf Covid patiënten waarbij in de piek behoefte is aan 3.000 IC bedden?

(en waarvan er 600 IC plekken zullen worden gerealiseerd in het Buitenland).

Ter aanvulling in de piek zullen van deze 3.000 IC bedden grofweg 2500 IC bedden worden gebruikt voor Covid patiënten en 500 voor de (acute) zorg.

Als het antwoord ja zullen we dit opnemen in ons plan.

Als het antwoord nee is zullen we dat in ons plan benoemen en signaleren dat hierop actie moet worden ondernomen.

Als het antwoord blijft dat weten we niet, zullen we dat opnemen in het rapport en VWS adviseren om dit uit te zoeken en waar nodig actie te ondernemen.

Hoeveel beschermingsmiddelen verwacht het LCH dat de ziekenhuizen zelf op voorraad hebben (voor een tweede golf).

Je verwijst in je antwoord naar waarde die in het een model zitten en een persoon die hiervan kennis heeft.

Graag verneem ik via jou of VWS de waarden in het model voor de ziekenhuizen waar jij aan refereert.

Dit zullen wij dan benoemen in ons plan en als actie benoemen dat de ziekenhuizen dit moeten borgen.

Die waarde voor alle helderheid moet voor de ziekenhuizen herkenbaar zijn.

Mijn aanvullende vraag is overigens ook of dit geldt voor andere zorginstellingen en of zij dit weten?

Ik weet niet of dit bekend is. Graag helderheid dus op dit punt van LCH en/of VWS.

Verder in mijn reactie alvast kort samengevat (LCH 5.1.2e zet dit nog uitgewerkt op papier).

1. Extra Beademingsapparatuur (700) is beschikbaar bij LCH maar geen high-end apparatuur. LCH hoort graag van de ziekenhuizen of deze apparatuur gewenst is (actie LNAZ)

LCH zorgt dan voor bijbehorende instructie/opleiding en stelt bij voorkeur de extra apparatuur op voorhand aan de huizen beschikbaar.

Hiervoor zijn afspraken op ziekenhuis niveau van de verdeling van de extra 700 bedden nodig.

2. CVVV (Dialyse) apparatuur is niet beschikbaar op de markt.

3. Pompen ed. tekst van 5.1.2e volgt

4. Disposables; in ons overleg gisteren werd verwezen naar een tekst hierover die in een brief van VWS zou staan. 5.1.2e zou je mij die kunnen aanreiken want ik vind deze niet.!

Vraag op dit punt is moeten de ziekenhuizen hier zelf in hierin voorzien of niet? Hoe zit dat met de extra 700 apparaten.?

Groet

5.1.2e

06- 5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>

Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 11:18

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @amsterdamumc.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @lnaz.nl>

Onderwerp: RE: Opschaling 3000 bedden: IC beademingsapparatuur & PBM

Beste,

N.a.v. de meeting van gisteren de volgende antwoorden vanuit het LCH:

1. V: Met welke piek (hoeveel IC bedden) werkt het LCH op dit moment, waar richt zij de voorraad op in?

A: Wij dimensioneren onze voorraadopbouw PBM op het 2^e golf model van Accenture. In dit model wordt uitgegaan van 1300 IC bedden op het hoogtepunt van de 2^e golf.

Daarnaast bouwt het LCH een voorraad PBM op waarbij ook een 3^e golf moet kunnen worden voorzien.

2. V: Hoeveel beschermingsmiddelen verwacht het LCH dat de ziekenhuizen zelf op voorraad hebben (voor een tweede golf)

A: Ook dit is verwerkt in het Accenture model – hiervoor is een inventarisatie gedaan bij de Nederlandse ziekenhuizen. De waarden van deze inventarisatie staan in het model en zijn via VWS (5.1.2e) te verkrijgen. Daarnaast gaat worden gewerkt aan een tool waarin zorginstellingen zelf hun actuele voorraadposities schaarse middelen PBM vastleggen.

Mocht dit niet afdoende zijn, of nog vragen oproepen, bel of mail gerust.

Mvg,

5.1.2e

06- 5.1.2e

Hebt u hulp nodig? Ga naar <http://help.webex.com>