

To: 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @chulpmiddelen.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @ggdgelderlandzuid.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @ggdgelderlandzuid.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
From: 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
Sent: Fri 9/4/2020 2:29:29 PM
Subject: RE: veldonderzoek antigeentesten rivm-ggd-ich
Received: Fri 9/4/2020 2:29:37 PM

Dank 5.1.2e

Excuus, heel veel dingen tegelijk hier ;-). Het moest dus idd de bioeasy zijn en niet de biosensor.

From: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: vrijdag 4 september 2020 16:22
To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@lchulpmiddelen.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@ggdgelderlandzuid.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: Re: veldonderzoek antigeentesten rivm-ggd-lch

Even nog detail over de fluorescente tests.

Het gaat om Quidel met Sofia 2, dat is heel eind automatiseerbaar met aansluiting op

LIMS:<https://www.quidel.com/immunoassays/rapid-sars-tests/sofia-sars-antigen-fia>. Dus vooral met Sofia 2 en niet Sofia apparaat. Biosensor kwam er niet al te geweldig uit bij WHO presentatie. Ik bedoelde de Bioeasy die het bij verschillende sites heel goed doet (data in FINDdx). <https://www.rapidmicrobiology.com/news/bioeasy-covid-19-antigen-test-still-tops-who39s-list>
<http://en.bioeasy.com/?p=1038>

Groot voordeel van deze testen is hogere gevoeligheid en objectieve aflezing. Geen gefoezel over of er nu een bandje zit of niet.

Mvg

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel

2 - 2

Dubbel