



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

### Eindbeoordelingsformulier – KN95 maskers (LOT-nummers)

Datum	03-09-2020		
Lotnummer	2124		
Aantal			
Leverancier/LCH-nummer			
Productnaam of naam fabrikant	(10)(2e)		
Productiedatum			
Type mondkap (volgens de fabrikant)	(10)(1c)		
<b>Q1 Particle Penetration 0,3</b>	<b>Percentage</b>	<b>Filterkwaliteit P1/P2/P3</b>	
Masker 1	100		
Masker 2	100		
Masker 3	100		
<b>Q2 Fittest</b>	<b>Zonder clip</b>	<b>Met clip</b>	
Testpersoon 1	52		
Testpersoon 2	10		
Testpersoon 3	32		
	<input type="checkbox"/> FAIL <input checked="" type="checkbox"/> PASS		
<b>Q3 en Q4</b>	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-
Artikelnummer VWS	Eindoordeel (op basis van Q1, Q2, Q3 én Q4)		
971 (KN95)	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur		
Algemene bevindingen: Ademt benauwd Lekt bij de neus Elastiek te strak om de oren, Verschuift van de oren  Geen documentatie			

#### Samenvatting Q1 en Q2 voor KN95 maskers

Logstiek	Aankruisen	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
			PFE	FIT
Mand 1			>94%	>100
Mand 2			>94%	33<FIT<100
Mand 3			80%<PFE<94%	>100
Mand 4			80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5	x		>94%	<33
Mand 6			80%<PFE<94%	<33
Mand 7			< 80%	Ongeacht fit

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 14-07-2020