

**To:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl]  
**From:** (10)(10)(2e)  
**Sent:** Thur 10/29/2020 1:48:00 PM  
**Subject:** RE: Biosafety cabinet  
**Received:** Thur 10/29/2020 1:48:01 PM

Zag het binnenkomen toen ik op send drukte

---

**Van:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl>  
**Verzonden:** donderdag 29 oktober 2020 14:48  
**Aan:** (10)(10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl>  
**Onderwerp:** RE: Biosafety cabinet

Heb ik ge-apt

---

**From:** (10)(10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl>  
**Sent:** donderdag 29 oktober 2020 14:47  
**To:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl>  
**Subject:** RE: Biosafety cabinet

Je vergeet (10)(2e)

---

**Van:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl>  
**Verzonden:** donderdag 29 oktober 2020 14:44  
**Aan:** (10)(2e) <(10)(2e)> @statiagov.com>; (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)> @gmail.com>; (10)(10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)> @statiagov.com>; (10)(2e) <(10)(2e)> @sabagov.nl>  
**CC:** (10)(2e) <(10)(2e)> @rivm.nl>  
**Onderwerp:** RE: Biosafety cabinet

Dag (10)(2e)

Ik heb e.e.a. geverifieerd bij (10)(2e) en (10)(2e)

Zij komen met de volgende reactie:

"Voor de beoogde handeling, een enkelvoudige sample transfer van primaire buis naar Genexpert cartridge volstaat een Class I biosafety cabinet. Een Class II BSC heeft een andere airflow die schone lucht binnen de BSC verstrekt maar is in simpele uitvoering qua BSC identiek aan Class I, beide verzorgen bescherming door de lucht naar binnen te zuigen en gefilterde lucht terug te geven. De laboratorium ruimte zelf kent weinig ventilatie en is met de prikrimte die deel uitmaakt van de laboratorium ruimte niet optimaal. Personen met mogelijk COVID-19 komen binnen in het lab. Maskers zijn nodig tijdens de prik-uren. Verder is het eigen personeel inmiddels immuun voor COVID-19 want doorgemaakt, alhoewel het onzeker is hoe lang de immuniteit zal duren en de zeldzame herinfectie is beschreven natuurlijk. Ik ken niet de formele classificatie van de geleverde cabinets maar op het oog is het een class I met dus voldoende bescherming. Mits goed onderhouden en vrij van storing zijn van de werkzaamheden in deze cabinet geen verhoogd risico voor COVID-19 te duiden. Een verzoek om een class II wat bescherming van het sample zou toevoegen lijkt niet logisch. (10)(2e)

(10)(2e) beaamt de redentatie van (10)(2e) Ze hebben hier uitgezocht wat een geschikt cabinet zou zijn voor de beoogde handelingen, en het geleverde zou met het geïnstalleerde Hepafilter uitstekend voldoen.

(10)(2e) heeft e.e.a. ook nog uitgezocht voor Saba (hij heeft daar zelf de training gehad en doet de testen voor Saba). Hij schrijft:

(10)(2a)

(10)(2a)

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)



(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)  
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven  
 Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

Mob. (10)(2e) | Kamer (10)(2e)  
 (10)(2e) @rivm.nl | www.rivm.nl

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@stati.gov.com>  
**Sent:** donderdag 29 oktober 2020 02:22  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@gmail.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@stati.gov.com>; (10)(2e) <(10)(2e)@sabagov.nl>

**Subject:** Biosafety cabinet

Beste collega's,

Graag jullie aandacht en advies voor de geleverde biosafety cabinet;

De afgelopen dagen hebben de laboranten van ons zich verdiept in de biosafety cabinet die begin september in gebruik werd genomen.

Zij concluderen dat het gestuurde type cabinet niet zou voldoen om de covid testen daarin voor te bereiden.

Verder vragen zij zich af of de negatieve druk en de ingebouwde filter ook goed functioneren.

De bezorgdheid is groot over de mate van veiligheid van deze cabinet. In aanhechting de handleiding die gestuurd was en een filmpje die ze hebben gemaakt. (aparte email)

Tot het advies van het RIVM, zullen we voorlopig geen covid testen hier uitvoeren.

Hoor graag spoedig.

Groet,

(10)(2e)

*Kind regards,*

(10)(2e)  
*St. Eustatius Health Care Foundation/*

*Public Health Department.*  
*St.Eustatius/Dutch Caribbean.*  
*Tel:* (10)(2e)  
*Mob:* (10)(2e)