

Overzicht aantallen beademingsapparatuur

D.D. 17/9/2020

Onderstaande tabellen geven inzicht in de vraag per leverancier en de daarnaast overgebleven voorraad (dit is nog aan verandering onderhevig). Hierbij maken wij een inschatting van de beademingsapparatuur die zal worden uitgeleverd voor de opschaling richting 2.400 IC-bedden. Het restant zal onder de 'ijzeren voorraad' vallen. Vanuit de ijzeren voorraad zal moeten worden bekeken wat er met de apparatuur kan worden gedaan: behouden voor Nederland, hulp aan buitenland en/of verkoop.

Nog te verdelen	Restant	Locatie	Bijzonderheden
Dräger Savina		QRS	Levering aan Defensie (wordt nog getest maar lijkt OK)
Löwenstein/Savina/Dräger	5.1.2b	QRS/leverancier	Ziekenhuis in Assen 5.1.2b
Löwenstein		QRS	Caribisch NL

Beschikbaar voor opschaling 2400 bedden	Restant	Locatie	Bijzonderheden
Dräger Savina		QRS	
Dräger Evita			Laatste uitleveringen in september/oktober.
Getinge		Getinge	
Hamilton		Hamilton	Laatste uitleveringen in september/oktober.
Löwenstein	5.1.2b	QRS	4 naar Caribisch Nederland
Demcon		Demcon	
Philips VX850		In productie	Nieuw IC model. Naar verwachting eind september 2 testmodellen beschikbaar voor het Erasmus MC en Isala.
Totaal			

* Afhankelijk van keuze ziekenhuis in Assen

Aankomende maandag is er tussen 17:00 – 18:00 uur een call met de experts om de testrapporten en de 'rangorde' van de overige inzet voor 2400 IC bedden en de ijzeren voorraad te bespreken. Voor restanten hebben we nog een lijstjes richting WHO en Europese voorraad.

Voorkeur ijzeren voorraad	Restant	Locatie	Bijzonderheden
Westfalia	5.1.2b	16 in QRS 84 in productie bij Westfalia	Wordt mogelijk ingezet voor 2400 bedden
AdQuipment		QRS	Transportventilator
Boaray (China)		QRS	Intuitief een mooie machine en goed bruikbaar, wel met een aantal aantekeningen. Aandachtspunten rondom voldoende disposables.
Aeonmed (China)		QRS	Wel high-end, maar zeker onbekend. Aandachtspunten rondom disposables en ondersteuning. De Aeonmed vraagt wel wat aandacht in de bediening en lijkt ook wat kwetsbaarder.
Beijing Eternity (China)		QRS	Aarding van het toestel is onvoldoende en incorrect. Hiervoor zijn aanbevelingen gedaan. Qua beademing zijn er diverse punten die ongewenst zijn.
Siriusmed (China)		QRS	De Siriusmed imponeert als een robuuste beademingsmachine, maar zeker onbekend. Aandachtspunten rondom disposables en ondersteuning.
Chenwei (China)		QRS	

Aanvullende uitvraag ziekenhuizen	Restant	Locatie	Bijzonderheden
Dräger Atlan en Fabius	5.1.2b	QRS	'Lean model'
GE (OK anesthesie)		QRS	
Ventinova		QRS	
Philips V60		QRS	
<i>Restant Westfalia/restant Adquipment</i>			

Verdeling CTB's	Restant	Locatie	Bijzonderheden
Philips Trilogy	5.1.2b	QRS en Philips	Nederlandse ziekenhuizen zijn niet bekend met dit model.
Löwenstein Vent50		QRS	Thuisbeademingsapparatuur
CTB/Vivisol		CTB/Vivisol	Thuisbeademingsapparatuur