

To: [redacted] 5.1.2i @rivm.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]
From: [redacted] 5.1.2i @rivm.nl
Sent: Thur 9/10/2020 8:59:42 AM
Subject: RE: Testpanel SARS-CoV-2 voor FilmArray
Received: Thur 9/10/2020 8:59:43 AM

Die stond nog onverzonden klaar.

Hoi [redacted] 5.1.2e

Die pouches kosten 100 euro per stuk. Laten we dit ook weer gecoördineerd aanpakken. Eerder is er al over FilmArray gecommuniceerd om een vegelijkbare aanpak te doen als met Cepheid en met Roche sneltest. Dus eventueel uitgebreid testen door 1 of 2 labs (kan op RIVM) en met het verificatiepanel door anderen om die kostbare pouches te sparen.

FilmArray kandidaten:

COMICRO

Alrijne

UMCG?

RIVM

Anderen?

Mvg

[redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2i @rivm.nl
Sent: donderdag 10 september 2020 09:41
To: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @alrijne.nl>
Subject: RE: Testpanel SARS-CoV-2 voor FilmArray

Beste [redacted] 5.1.2e

Wij kunnen nog een tweetal panels leveren zodat jullie de FilmArray kunnen valideren. Dit betreft andere panels dan degene die jullie voor de Cepheid hebben gekregen, namelijk een sensitiviteitspanel (van 7 monsters) en een specificiteitspanel (van 10 monsters). Willen jullie naast deze panels ook een positieve runcontrole ontvangen, of hebben jullie voldoende positief materiaal om als controle te gebruiken?

Bijgevoegd vind je de instructies voor gebruik en een rapportageformulier. Graag zo spoedig mogelijk de resultaten rapporteren naar opschalingslabs@rivm.nl.

Mochten er onduidelijkheden zijn, dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

| Onderzoeksmedewerker



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
 en Milieu
 Ministerie van Volksgezondheid,
 Welzijn en Sport

Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS)
 Afdeling Emergenc en Endemische Virussen (EEV) | Kamernummer V4.31
 Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA, Bilthoven | Nederland
 T: +31 (0) [redacted] 5.1.2e | M: +31 (0)6 [redacted] 5.1.2e

Van: 5.1.2e . <5.1.2e @alrijne.nl>

Verzonden: donderdag 10 september 2020 09:30

Aan: 5.1.2i @rivm.nl>

Onderwerp: Testpanel SARS-CoV-2 voor FilmArray

Beste,

Volgende week wordt bij ons een FilmArray geleverd en geïnstalleerd. Hierop willen wij het respiratoir panel gaan draaien, inclusief de SARS-CoV-2. Hebben jullie net als voor de GeneXpert ook een panel voor de FilmArray? Dan zou ik die graag ontvangen.

Het panel mag gestuurd worden

T.a.v 5.1.2e

Laboratorium Medische Microbiologie Alrijne
Antwoordnummer19003
2300 VD Leiden

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

