

To: 5 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
From: 5.1.2e
Sent: Thur 9/3/2020 6:56:13 AM
Subject: RE: sneltest
Received: Thur 9/3/2020 6:56:20 AM

Dankjewel

Met vriendelijke groet,

5.1.2e, 5.1.2e
 5.1.2e
 Unic Medical Services BV
 Postbus 110
 3430 AC Nieuwegein
 t. 030 5.1.2e
 f. 030 5.1.2e
 5.1.2e @infectiepreventie.nl
 www.infectiepreventie.nl

Van: 5 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Verzonden: donderdag 3 september 2020 08:37
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@infectiepreventie.nl>
Onderwerp: RE: sneltest

Hoi 5.1.2e ik heb de vraag doorgestuurd, ik ga er vanuit dat je vandaag een antwoord/ reactie krijgt, met groet
 5.1.2e

5.1.2e: 5.1.2e <5.1.2e@infectiepreventie.nl>
Verzonden: woensdag 2 september 2020 16:55
Aan: 5 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Onderwerp: sneltest
Urgentie: Hoog

Hallo 5.1.2e

Ik weet niet of ik bij jou moet zijn, maar jij weet wellicht wel wie mijn vraag zou kunnen beantwoorden.

Ik lees in de LCI-richtlijn Covid het volgende:

Directe diagnostiek

Detectie van het virus kan gedaan worden met (real-time) reverse-transcriptie (RT)-PCR voor detectie van viraal RNA. Uiteraard dient voor een optimale detectie van het virus, onafhankelijk van de techniek, de monsterafname – nasofarynx (neus)wat en orofarynx (keel)wat – op de juiste wijze plaats te vinden. SARS-CoV-2 is bij patiënten met COVID-19 beter aantoonbaar in nasofarynx-uitstrijken dan in orofarynx-uitstrijken. Het blijft belangrijk om beide af te nemen, omdat er patiënten zijn die alleen op één van de twee locaties positief zijn. Stuur daarom voor SARS-CoV-2-diagnostiek ook altijd een nasofarynxwat in, naast een orofarynxwat en indien mogelijk een sputummonster of bronchoalveolaire lavagevloeistof (Yang 2020).

Nu zijn we in contact met een lab dat ook op de RIVM-lijst staat als gecertificeerd lab, zie <https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/aanvullend>:

36.

Microbe&Lab BV, Amsterdam

Tot mijn verbazing doen zij ALLEEN een keelwat. Ik ben benieuwd hoe ik de waarde van deze test in moet schatten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Unic Medical Services BV

Postbus 110

3430 AC Nieuwegein

t. 030

5.1.2e

f. 030

5.1.2e [@infectiepreventie.nl](mailto:5.1.2e@infectiepreventie.nl)

www.infectiepreventie.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en *Committed to health and sustainability*