

To: [redacted] 5.1.2i [redacted] @rivm.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]
From: [redacted]
Sent: Thur 9/17/2020 11:32:07 PM
Subject: FW: Verzending pooling panel
Received: Thur 9/17/2020 11:32:07 PM
[Panel poolen samenstellen instructie en rapportageformulieren - ronde 1.xls](#)

Hoi [redacted] 5.1.2e

Ziet er goed uit. Blijkbaar heeft [redacted] 5.1.2e bij pool van 3 de pool met educational monster niet gedetecteerd maar resultaten van de uitsplitsing van de pools van 6 bij de pools van 3 weergegeven. Pool 3.16 zou hij niet uitgesplitst hebben getest. Niet helemaal 'eerlijk' dus.

Mvg

[redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @gddiergezondheid.nl>
Sent: donderdag 17 september 2020 22:12
To: [redacted] 5.1.2i [redacted] @rivm.nl>
Subject: RE: Verzending pooling panel

Beste [redacted] 5.1.2e

In de bijlage de resultaten van deze rondzending. Wij hebben zowel poolgrootte 3 als poolgrootte 6 getest. N.a.v. van de positieve pools hebben we vervolgens de individuele monsters uit de pool onderzocht.

Groet,

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

GD
 Postbus 9, 7400 AA Deventer
 Tel: [redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e [@gddiergezondheid.nl](mailto:[redacted]@gddiergezondheid.nl)
www.gddiergezondheid.nl



Volg ons op [Facebook](#), [Twitter](#) en [LinkedIn](#).

Van: [redacted] 5.1.2i [redacted] @rivm.nl>
Verzonden: woensdag 16 september 2020 16:08
Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @gddiergezondheid.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @gddiergezondheid.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @gddiergezondheid.nl>
Onderwerp: Verzending pooling panel

Beste [redacted] 5.1.2e

Inmiddels zijn het pooling panel en de begeleidende documenten gereed. Het panel (+sensitiviteitspanel) zal morgen jullie kant op komen met een koerier.

Het poolingpanel bestaat uit 60 gesimuleerde monsters van 1 ml waaronder een aantal positieven met verschillende concentratie geïnactiveerd SARS-CoV-2. De vraag aan het lab is om eerst pools in opgegeven samenstelling te maken, die te testen en positieve pools uit te splitsen om het positieve monster te identificeren. Het panel is geschikt voor pools van 3, 4, 5, 6 en 10 monsters.

De positieve monsters uit het poolingpanel zitten ook in het nieuwe sensitiviteitspanel. Het kan zinvol zijn om dit ernaast te testen om te weten te komen welke gevoeligheid bij afzonderlijk testen monsters gehaald wordt.

Bijgevoegd kunnen de instructies en een rapportageformulier worden gevonden. Graag ontvangen wij het rapportageformulier digitaal retour via 5.1.2e@rivm.nl.

Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

| Onderzoekmedewerker



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS)

Afdeling Emergenc en Endemische Virussen (EEV) | Kamernummer 5.1.2e

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA, Bilthoven | Nederland

T: +31 5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Disclaimer

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en alleen bestemd voor geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren. Ook verzoeken wij u het bericht te vernietigen en de inhoud niet onder derden te verspreiden. GD sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade voortvloeiende uit het gebruik van (de inhoud van) dit e-mail bericht. GD te Deventer staat ingeschreven bij de kamer van koophandel als 'Gezondheidsdienst voor Dieren b.v.' onder nummer 08117636.

The content of this message is confidential and intended solely for the addressee. If you have received this e-mail in error, please advise us and delete it. You should not copy nor disclose its contents to any other person. GD excludes any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this e-mail or its contents. GD, whose office is in Deventer, is registered with the Chamber of Commerce as 'Gezondheidsdienst voor Dieren b.v.' under number 08117636.