

**To:** [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @rivm.nl  
**Cc:** [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @rivm.nl  
**From:** [5.1.2e] [5.1.2e]  
**Sent:** Sun 11/29/2020 5:21:50 PM  
**Subject:** RE: doosturen mail: spuiten en naalden geschikt voor Pfizer vaccin?  
**Received:** Sun 11/29/2020 5:21:51 PM

Oké!

---

**Van:** [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Datum:** 29 november 2020 om 18:20:31 CET  
**Aan:** [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**CC:** [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Onderwerp:** RE: doosturen mail: spuiten en naalden geschikt voor Pfizer vaccin?

Hij [5.1.2e]

Stuur deze mail svp zelf naar [5.1.2e] met hetzelfde verzoek – ik heb die mail adressen ook niet.

Mvrgr

[5.1.2e]

---

**From:** [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Sent:** zondag 29 november 2020 12:37  
**To:** [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Cc:** [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Subject:** doosturen mail: spuiten en naalden geschikt voor Pfizer vaccin?

Hoi [5.1.2e]

Zou jij onderstaande email naar de diverse mensen bij Pfizer willen sturen (onderstaande personen hadden we afgesproken)? Ik heb hun emailadressen niet. Wil je ons en [5.1.2e] n cc zetten?

Thanks, [5.1.2e]

Beste [5.1.2e] en [5.1.2e]

Voor de uitvoering van de COVID-19 vaccinatiecampagne hebben we de volgende spuiten en naalden aangeschaft:

Optreknaalden:

[5.1.1c]

Optrekspuiten:

[5.1.1c]

Toedieningsspuit:

[5.1.1c]

Toedieningsnaald:

[5.1.1c]

Zoals jullie zien hebben we dus gekozen voor 18G optreknaalden. Dit is niet overeenkomstig jullie advies voor 21G of kleiner. Graag vernemen we van jullie welke risico's jullie hierbij zien. Voor de overige producten voorzien wij geen problemen. Jullie?

Het is goed om te beseffen dat we deze spuiten en naalden al moesten inkopen toen we nog maar heel weinig informatie beschikbaar was (en het moest passen voor potentieel 5.1.2b verschillende vaccins). Daarnaast moesten we heel snel handelen want er zijn nu al bijna geen spuiten en naalden of naalden meer te verkrijgen.

Wij voorzien als uitvoeringsproces trouwens de volgende:

- Optrekken diluent met optreknaald en optrekspuit
- Insputten in vial met vaccinvloeistof met dezelfde optreknaald en optrekspuit
- Spuit loskoppelen en 1ml spuit over de optreknaald draaien (die dus nog in de vaccinvloeistof zit)
- 0,3ml gemengde vloeistof optrekken met de optreknaald en de toedienspuit
- toedieningsspuit loskoppelen en safety needle bevestigen.

De optreknaald blijft dus in de vloeistof zitten totdat er 5.1.2b doses zijn opgetrokken. Dit is conform de werkwijze bij andere multidose vials in het verleden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

.....  
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)  
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  
A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | Kamer 5.1.2e | Postbak 31  
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T 030- 5.1.2e  
M 06- 5.1.2e  
F 030- 5.1.2e  
E 5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl)

Werkdagen 5.1.2e  
.....