

From: 5.1.2e <5.1.2e@beconnected.com.cn>
Sent: vrijdag 12 juni 2020 10:09
To: 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@beconnected.com.cn>; 5.1.2e <5.1.2e@beconnected.com.cn>

Subject: KN95 independent testing CNAS

Beste 5.1.2e

We zijn in gesprek met ons contact uit Beijing.

Hij is verantwoordelijk voor een laboratorium dat CNAS is.

CNAS is China National Accreditation Service for Conformity Assessment is the national accreditation body of China unitarily responsible for the accreditation of certification bodies, laboratories and inspection bodies, which is established under the approval of the Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (CNCA) and authorized by CNCA in accordance with the Regulations of the People's Republic of China on Certification and Accreditation. In het kort geeft hij aan er zijn 3 opties tav filter efficiency:

	A	B	C
Standaard	EN149 (FFP2)	GB2626 (KP95)	GB2626-2006 (KN95)
Test agent	Test agent: NaCl & parrafine oil	Test agent: NaCl & parrafine oil	Test agent: NaCl
Flow rate	95L	85L	85L

Kwaliteit standaard is oplopend van C naar A

Van belang is:

1. welke standaard is afgesproken bij aankoop
2. we hebben 50 samples nodig
3. het duurt 4-6 weken (in geval van C standaard en test kan het in 4 weken omdat dat zonder parrafine olie is)

Prijs:

1. 3000 RMB voor alleen de bovenstaande filter efficiency
2. 6000 RMB voor de gehele test

Wij ontvangen dan de samples en sturen die door naar het Beijing CNAS laboratorium.

Alles van deze agency is in het Chinees met uitzondering van de test reslutaten.

Laat even weten of dit is wat je wil:

- We sturen stra nog na de appication form (coor de test aanvraag) en die zullen we waar nodig direct vertalen.
- Tevens stuur ik een voorbeeld test raport mee van optie 1 (3000 RMB tes KN95 op filter efficiency)

Kind regards,

5.1.2e

 beconnected

Van: [redacted] <[redacted]@lchulpmiddelen.nl>
Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 10:13
Aan: [redacted] <[redacted]@beconnected.com.cn>
CC: [redacted] <[redacted]@beconnected.com.cn>; [redacted] <[redacted]@beconnected.com.cn>; [redacted] <[redacted]@lchulpmiddelen.nl>; [redacted] <[redacted]@outlook.com>

Onderwerp: RE: KN95 independent testing CNAS

Beste [redacted]

Bedankt voor dit snelle antwoord.

Wordt er door CNAS ook een fit test gedaan om het totale lekage percentage te bepalen?

Groet

[redacted]

Ps mooi nieuw Beconnected logo!

From: [redacted] [redacted]@lchulpmiddelen.nl
Sent: Friday, June 12, 2020 5:12 PM
To: [redacted] <[redacted]@lchulpmiddelen.nl>; [redacted] <[redacted]@beconnected.com.cn>
Cc: [redacted] <[redacted]@beconnected.com.cn>; [redacted] <[redacted]@beconnected.com.cn>; [redacted] <[redacted]@outlook.com>
Subject: Re: KN95 independent testing CNAS

Beste [redacted]

Super dank voor je hulp en snelle antwoord! Ik ben [redacted] - werk voor het LCH - [redacted] heeft me geholpen om een testburo te vinden dat een masker kan testen tegen de GB2626 - KN95 norm.

Het gaat om optie B: KN95, omdat dat is afgesproken in de Purchase Order.

Waarbij ik graag ook een officieel document ontvang waarop staat dat het KN95 - in Coronatijden - vrijgegeven is voor gebruik in de Europese Unie.

Nog een tweede vraag: de looptijd van de test is 4-6 weken- als wij maandag 50 samples sturen, wanneer kan de test dan starten?

Ook - geven jullie ook instructies over de manier waarop de samples uit een partij genomen moeten worden? Dat zou de keten helemaal dicht maken.

Je mag mij ook bellen *

Met vriendelijke groet,

[redacted]

LCH

From: [redacted]
Sent: Friday, June 12, 2020 7:35 PM
To: [redacted] <[redacted]@lchulpmiddelen.nl>; [redacted] <[redacted]@lchulpmiddelen.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@beconnected.com.cn>; [redacted] <[redacted]@beconnected.com.cn>; [redacted] <[redacted]@outlook.com>
Subject: RE: KN95 independent testing CNAS

Beste [redacted] & [redacted]

Ik antwoord even beide vragen in 1 mail bij deze:

-Fit test om leakage te checken, ja zit in de uitgebreide test van 6000 rmb zit het en wordt dan bij 10 personen gechecked.

- Het gaat in dit geval om Option C de KN95
- Dit is een CNAS/Chinees instituut en wij kunnen niet een document regelen dat KN95 is vrijgegeven – in Corona – voor de Europese unie, dat dient NI/Euopea te doen.
- Als de 50 samples worden gestuurd maandag hebben wij het waarschijnlijk binnen 1 week, dan 2/3 dagen later is het in BJ en start de periode van 4-6 weken.
- Tav de hoe de samples te selecteren is standard: igv 100 dozen, selecteer je er 10 en haal je 50 sampels uit die 10 dozen.

Als er nog iets is, hoor ik het graag!

Kind regards,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@beconnected.com.cn>

Verzonden: maandag 15 juni 2020 10:35

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e@beconnected.com.cn>; 5.1.2e

<5.1.2e@beconnected.com.cn>; 5.1.2e

<5.1.2e@outlook.com>

Onderwerp: RE: KN95 independent testing CNAS

Beste 5.1.2e,

Graag voor elke testing batch, het volgende:

-Obv LCH number

-Per LCH order tes in de email aangeven welke test jullie willen laten doen en akkoord zijn met de kosten, in dit geval 6000 RMB voor de KN95

-Opsturen via DHL (helaas de airbridge lukt niet ivm benodigde documenten), ons het DHL nr laten weten

-Adres:

o Beconnected Shanghai Ltd, Yua da International Plaza

o Changshou road 1118, building A, room 24C

o 200042 Shanghai

o PR of China

o phone 0086-21-62515599

-Wij kunnen de kosten voor de testing voorschieten en verrekenen dat dan middels onze 'commissie invoice' aan LCH

-50 samples per test

-Wij laten het voor jullie testen via accredited agency CNAS / Beijing municipal institute of labour protection

Als er nog vragen zijn hoor ik je graag.

Kind regards,

5.1.2e