

**To:** [redacted]@lumc.nl; [redacted]@lumc.nl; [redacted]@nvmm.nl; [redacted]@nvmm.nl; [redacted]@rvm.nl; [redacted]@lcdk.nl  
**Cc:** [redacted]@nvmm.nl; [redacted]@nvmm.nl; [redacted]@lcdk.nl; [redacted]@lcdk.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Fri 8/14/2020 1:01:49 PM  
**Subject:** RE: Uitvraag 21  
**Received:** Fri 8/14/2020 1:01:56 PM

Beste [redacted]

Dank voor je opmerkingen, we hebben deze verder meegenomen en verduidelijkt in de uitvraag. We zullen behalve zometeen in de webinar een toelichting geven op de uitvraag en waarom deze zo belangrijk is voor ons.

Alvast fijn weekend gewenst allemaal.

Dank,

[redacted]



[redacted]  
 Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK) COVID-19

[redacted]@lcdk.nl | mobiel [redacted]

---

**From:** [redacted]@lumc.nl <[redacted]@lumc.nl>  
**Sent:** 13 August 2020 18:15  
**To:** [redacted] <[redacted]@lcdk.nl>; [redacted]@nvmm.nl; [redacted]@rvm.nl; [redacted] <[redacted]@lcdk.nl>  
**Cc:** [redacted]@nvmm.nl; [redacted] <[redacted]@lcdk.nl>  
**Subject:** RE: Uitvraag 21

Beste [redacted]

Enkele opmerkingen:

- Het zal voor de toekomst lastig zijn, om bij apparatuur die zowel voor covid als voor non-covid wordt gebruikt, te voorspellen hoe deze verhouding zal liggen. Hiermee wordt het dus moeilijk om de Covid-test capaciteit te bepalen.
- In tabel 2 en 3 wordt gevraagd naar "hoeveel testen" en kan draaien op de machine. Het woord testen is dan erg algemeen, want bij extractie-apparatuur zou je extracties kunnen invullen, waarbij op 1 eluaat meerdere PCRen kunnen worden uitgevoerd. En je kunt wel heel veel PCR-apparaten hebben (kolom c), maar de beperkende factor zal dan toch de extractie zijn. Misschien beter specificeren? En ik neem aan dat je alle testen bedoelt, dus covid plus non-covid samen.

Het is best weer een klus voor de labs (en natuurlijk ook voor lcdk), dus een goede begeleidende mail is inderdaad zeer belangrijk.

Groet [redacted]

---

**From:** [redacted] <[redacted]@lcdk.nl>  
**Sent:** donderdag 13 augustus 2020 14:17  
**To:** [redacted] <[redacted]@lcdk.nl>; [redacted] <[redacted]@lumc.nl>; [redacted] | NVMM' <[redacted]@nvmm.nl>; [redacted] <[redacted]@rvm.nl>; [redacted] <[redacted]@lcdk.nl>  
**Cc:** [redacted] NVMM' <[redacted]@nvmm.nl>; [redacted] <[redacted]@lcdk.nl>  
**Subject:** Uitvraag 21

Beste allen,

Deze week willen we een aangepaste uitvraag naar de labs sturen. In deze uitvraag zullen we de labs specifiek vragen naar hun huidige en najaarscapaciteit, waarbij we vragen om per machine op te geven hoeveel testen gedraaid kunnen worden. We zullen per lab de uitvraag personaliseren en de bij ons bekende machines alvast invullen, zodat de labs eventueel aanpassingen en aanvullingen kunnen doen. Dit vragen we ook uit voor het najaar. In de bijlage vinden jullie een opzet voor de uitvraag met de vragen zoals wij deze willen stellen. Deze wordt nog verder per lab uitgewerkt (en de opmaak wordt verder verfijnd). We realiseren ons dat dit een uitgebreide uitvraag is, maar met deze informatie kunnen we een accuraat beeld van de capaciteit voor het najaar gaan vormen. We zullen een begeleidende mail sturen met de noodzaak voor deze uitvraag.

Graag ontvang ik jullie eventuele opmerkingen en akkoord voor morgen 12:00.

Alvast dank en hartelijke groet,

5.1.2e



5.1.2e

Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK) COVID-19

5.1.2e

@lcdk.nl | mobiele

5.1.2e