

To: [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Thur 8/13/2020 2:42:22 PM
Subject: RE: ter controle | formulering over PCR-test
Received: Thur 8/13/2020 2:42:23 PM

Beste [5.1.2e],

Dank voor je kritische blik. Ik heb het meteen aangepast.

Groet, [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Verzonden: donderdag 13 augustus 2020 16:05
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Onderwerp: RE: ter controle | formulering over PCR-test

Beste [5.1.2e]

Sorry voor de verlate respons.

Die zin is correct. Vervolg zou ik iets anders formuleren. Daar zit een lastig element omdat de doorlooptijd goed gedefinieerd moet worden. Is dat vanaf monstername tot uitslag bij patiënt (24 tot 48 uur) of arriveren monster op lab en uitslag uit apparaat (4-8 uur). Voor de sneltest is het laatste binnen 1 uur als direct met monster aan de slag wordt gegaan. Zie mijn suggesties.

Mvg

[5.1.2e]

[5.1.2e]

From: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Sent: donderdag 13 augustus 2020 14:51
To: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Subject: ter controle | formulering over PCR-test
Importance: High

Beste [5.1.2e],

Vanochtend belde ik je omdat ik ter controle deze geel gearceerde zin bij je wilde checken.
Is dit correct geformuleerd?
(aanleiding is dat veel mensen denken dat de test ook positief resultaat kan geven bij andere aandoeningen)

Dank je wel!

[5.1.2e]

5.1.2i

5.1.2e

5.1.2e

.....
Bedrijfsvoering | Communicatie en Documentaire informatievoorziening
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

5.1.2e

5.1.2e @rivm.nl

<http://www.rivm.nl>

.....
RIVM *De zorg voor morgen begint vandaag*