

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
From: 5.1.2e
Sent: Mon 8/17/2020 12:11:54 PM
Subject: RE: Capaciteitsuitvraag najaar RIVM.xlsx
Received: Mon 8/17/2020 12:11:55 PM

Dat is een goeie!

We hebben alle machines/systemen apart gescoord. Bottleneck is het uitpakken, wat deze keer apart benoemd werd.

Want hetzelfde geldt ook voor 6 lightcyclers. Die kunnen een vette capaciteit aan bij elkaar opgeteld, maar deze capaciteit kan ook niet gehaald worden, omdat alles eerst door de "trechter" van uitpakken en extractie moet.

We hebben trouwens bij FLOW vermeld dat deze enkel voor non-covid gebruikt wordt. Ik kan er nog een mail aan wagen om het uit te leggen. Is dat handig?

Groeten 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Sent: maandag 17 augustus 2020 13:57
To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: RE: Capaciteitsuitvraag najaar RIVM.xlsx

Dank je 5.1.2e

Eén vraag. FLOW is toch geen aparte capaciteit bovenop de huidige MagNA Pure en de lightcyclers. Gaan ze denken dat we 658 MagNA PURE + 288 FLOW aankunnen?

Mvg

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Sent: maandag 17 augustus 2020 13:20
To: 5.1.2e @nvmm.nl' <5.1.2e@nvmm.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: Capaciteitsuitvraag najaar RIVM.xlsx

Beste 5.1.2e

Hierbij de uitvraag van deze week van het RIVM.

Groeten 5.1.2e