

To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
From: [redacted]
Sent: Tue 2/9/2021 12:17:21 PM
Subject: Doorst: Info toedieningsnaald op spuit
Received: Tue 2/9/2021 12:17:22 PM

Ter info!

Van: [redacted] <[redacted]@snpg.nl>
Datum: 9 februari 2021 om 12:43:14 CET
Aan: [redacted] <[redacted]@nhg.org>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@snpg.nl>
Onderwerp: Info toedieningsnaald op spuit

Zie onder de input vanuit DVP.

Met vriendelijke groeten,



vertrouwd met vaccinaties

Mississippidreef 83
3565 CE Utrecht

www.snpg.nl
0900 47 43 777
(10 ct/pm)

[redacted]
[redacted]
[redacted] <[redacted]@snpg.nl>
06 [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Datum: maandag 8 februari 2021 om 13:15
Aan: [redacted] <[redacted]@snpg.nl>, [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>, [redacted] <[redacted]@snpg.nl>
Onderwerp: RE: Nieuw contactformulier

Beste [redacted]

Los van de instructie (<https://lci.rivm.nl/sites/default/files/bestanden/COVID-19/COVID-19-vaccinatie/Instructie-klaarmaken-Comirnaty.pdf>) die bij de richtlijn zit is er niet veel meer concrete informatie.

Hier staat alleen niet expliciet benoemd wat je met de naald moet doen omdat dat nooit eerder tot problemen of vragen heeft geleid. Is het anders een idee dat we hier een Q&A aan besteden?


Zoiets als:

Ik krijg de toedieningsnaald niet goed op de toedieningsspuit, wat moet ik nu doen?

De veilige toedieningsnaald Eclipse naald van BD heeft een wit "rokje" in het bevestigingsgedeelte waardoor de naald goed bevestigd kan worden op een toedieningsspuit. Het is belangrijk dat u deze naald goed aandrukt op de spuit.

U kunt hierbij enige weerstand voelen, waarna het "rokje" verder naar binnen schuift. Als de naald niet verder over de tip van de spuit geschoven kan worden dan zit deze goed bevestigd.

Nb. Deze naald kan niet gebruikt worden in combinatie met een spuit met een Luer Lock Adapter. Daar zal in de toelevering rekening mee gehouden worden.



Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

.....
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | Kamer 5.1.2e | Postbak 5.1.2e
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T 030- 5.1.2e

M 06- 5.1.2e

F 5.1.2e

E 5.1.2e @rivm.nl

Werkdagen: 5.1.2e

.....
Van: 5.1.2e <5.1.2e@snpng.nl>

Verzonden: maandag 8 februari 2021 12:59

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; Covid19 <5.1.2e@snpng.nl>

Onderwerp: Re: Nieuw contactformulier

Beste 5.1.2e

Bestaat er een duidelijke handleiding die wij kunnen sturen naar de organisaties die ons deze vragen stellen?

Met vriendelijke groeten,



Mississippidreef 83
3565 CE Utrecht

www.snpg.nl
0900 47 43 777
(10 ct/pm)

vertrouwd met vaccinaties

5.1.2e

Coördinator

5.1.2e @snpg.nl
06 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Datum: maandag 8 februari 2021 om 12:27

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@snpg.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Nieuw contactformulier

Sorry, nog ter aanvulling. De toediennaalden moeten wel goed aangeduwd worden op de spuit. Er zit een soort "kliksysteem" in die in de naald moet schuiven.

Bij de GGD en ROAZ hebben we hier overigens niets over gehoord dus misschien zijn de instellingen iets minder bekend met de naalden?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e MSc

5.1.2e

.....
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | Kamer 5.1.2e | Postbak 31

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T 030-2747579

M 06- 5.1.2e

F 030- 5.1.2e

E 5.1.2e @rivm.nl

Werkdagen: 5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: maandag 8 februari 2021 12:25

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@snpg.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Nieuw contactformulier

Hoi [5.1.2e] en [5.1.2e].

Ik vind dit een zeer vreemd signaal. We hebben voor dit specifieke voorbeeld wat je meestuurt (maar ook voor alle andere klanten in NL) BD spuiten en naalden uitgeleverd. Deze zijn ten alle tijde compatible met elkaar. Ik twijfel dus of ze wel echt de spuiten en naalden hebben gebruikt die wij hebben geleverd. Deze passen namelijk gewoon (je kunt de naald op de spuit schuiven/ drukken).

De enige oplossing die hier is, is een aantal voorbeelden onze kant op halen zodat we het kunnen onderzoeken want op basis van wat er is uitgeleverd en de productspecificaties zou dit geen problemen kunnen geven.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] MSc

[5.1.2e]

.....
 Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | Kamer [5.1.2e] | Postbak 31
 Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T 030-2747579
 M 06- [5.1.2e]
 F 030- [5.1.2e]
 E [5.1.2e] [@rivm.nl](mailto:[5.1.2e]@rivm.nl)

Werkdagen: [5.1.2e]

.....
 Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

Verzonden: maandag 8 februari 2021 11:39

Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

CC: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

Onderwerp: FW: Nieuw contactformulier

Hi [5.1.2e]
 Zie melding hieronder!
 [5.1.2e]

.....
 From: [5.1.2e] <[5.1.2e]@snpg.nl>

Sent: maandag 8 februari 2021 11:20

To: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

Cc: [5.1.2e] <[5.1.2e]@snpg.nl>

Subject: FW: Nieuw contactformulier

Hallo [5.1.2e] en [5.1.2e].

We hebben inmiddels meer dan 10 meldingen binnen dat de toedieningsnaalden niet passen op de toedieningsspuiten. Hieronder 1 voorbeeld. Zijn deze meldingen bij jullie bekend en wat is het beleid hierin?

Met vriendelijke groeten,



vertrouwd met vaccinaties

Mississippidreef 83
3565 CE Utrecht

www.snpg.nl
0900 47 43 777
(10 ct/pm)

5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e @snpg.nl
06 5.1.2e

Van: SNPG <5.1.2e @snpg.nl>

Beantwoorden - Aan: "5.1.2e @hwwzorg.nl" <5.1.2e @hwwzorg.nl>

Datum: maandag 8 februari 2021 om 10:36

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @snpg.nl>

Onderwerp: Nieuw contactformulier

Uw naam

5.1.2e

AGB-code

5.1.2e

Over welk vaccinatiecampagne wilt u contact met SNPG?

COVID-vaccinatiecampagne

E-mailadres

5.1.2e @hwwzorg.nl

Uw vraag

Geachte heer/mevrouw,

Vanuit mijn functie van 5.1.2e heb ik voor de organisatie Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW-zorg) op 25 januari jl. de COVID-19 vaccinaties besteld (bestelnr. 5.1.2h) welke op dinsdag 2 februari jl. op de locatie verpleeghuis De Eshoeve/Residentie te Den Haag (AGB-code 5.1.2h) zijn afgeleverd. Het probleem waar we tijdens het vaccineren tegenaan liepen is dat bij een gedeelte van het door uw geleverde materiaal de toediennaald niet op de toedienspuit paste waarop is besloten om onze eigen naalden te gebruiken. Dit probleem wil ik graag onder uw aandacht brengen om te voorkomen dat we in maart a.s. wanneer de 2e levering COVID-19 vaccinatie door u geleverd wordt en de 2e vaccinatie gepland staat opnieuw tegen ditzelfde probleem aanlopen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Tel. 070-3064700 (verpleeghuis De Eshoeve/Residentie)

Tel. 06-5.1.2e (nummer werkmobiel)

Bijlage (optioneel)

- [Bestelling-COVID-19 vaccins- 5.1.2h .pdf](#)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en *Committed to health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en *Committed to health and sustainability*