

Eindbeoordeling - Ready to Go

DAMEN
SHIPYARD zending

Datum:

Inkoopnummer	X015
Lotnummer	
Leverancier	5.1.2a <i>Stuur zakje</i>
Productnaam	
Productiedatum	20/03/16 16 maart 2020?
Type mondk masker	KN95

	+	+/-	-	Naam beoordelaar
Oordeel RIVM				
Oordeel AH/TOXI		+/-	-	5.1.2e

	Testgemiddelde	Naam beoordelaar
Particle Penetration	43,7%	

	FF Pass Level	FFP2 (JA/NEEN)	Naam beoordelaar
Fittest	FAIL	NEEN	5.1.2e

Onze beoordeling type mondk masker
<i>Steekte particele penetration filtratie Steekte Fit. Geen documentatie.</i>

Ready to GO (JA/NEEN)
<i>NEEN, afkeur.</i>

5.1.2e

Fittest (norm = 100)

DA JEN SHOPYARD

Datum:

Inkoopnummer	X015
Lotnummer	
Productnaam	
Leverancier	
Type mondmasker	

FF Pass Level	FAIL
FFP2 (JA/NEEN)	NEEN

Vaelbaer- lebhage bovenkant
~~by~~ drukt in oze bij up and down
 1 clip te weinig om te overbruggen.

	CLIP	
	-	+
5.1.2e	4.6	8.3
	4	6

Particle Penetration > 0,3 Micron

Datum: 30 mrf. 2020

Inkoopnummer	X015
Lotnummer	=
Productnaam	=
Leverancier	=
Type mondmasker	KN95

	Gemiddelde rendement	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	41,1%	Pass ja Fail
Masker 2	46,4%	Fail ja P1
Masker 3	=	=
Totaal gemiddelde	43,7%	Fail ja P1

Eindoordeel (P1/P2/P3)
Voldoet <u>niet</u> aan de eisen van P1

5.1.2e

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	X015
Leverancier	5.1.2a	Blauw zaleji	
Productnaam		- GB2626-2006	
Datum	30-3-2020		
Naam	<input type="checkbox"/> 5.1.2e <input type="checkbox"/> 5.1.2e <input type="checkbox"/> 5.1.2e <input checked="" type="checkbox"/> 5.1.2e		
Functie	<input checked="" type="checkbox"/> AH <input type="checkbox"/> Toxio <input type="checkbox"/> ...		
Besproken met RIVM	<input checked="" type="checkbox"/> 5.1.2e <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ...		
Advies:	AFKLEUR		
Type masker bij uitgifte:	NIET RECLASSIFICEREN		

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	Geen documentatie aanwezig	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	<i>ligt prima, maar past matig. Penetratie test heeft zijn resultaat bepaald.</i>
--------------------------	---

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? <i>10</i>
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? 5.1.2a <i>GB2626-2006 KN95</i>
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? <i>Onbekend.</i>
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <i>productie 16-03-2020</i> <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <i>2023</i>

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:	<i>Lijn per 10 stuks verpakt</i>
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>nee</i>

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: GB 2626-2006 KN95
3	Wat staat er op het masker: GB 2626-2006 KN95
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 wit:blauw wit:bruin wit:roze wit:roze wit:roze
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="checkbox"/> Niet <input checked="" type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input checked="" type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden: