

To: [5.1.2e]@gmail.com [5.1.2e]@gmail.com
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e]@minvws.nl; [5.1.2e] [5.1.2e]@minvws.nl
From: [5.1.2e]
Sent: Tue 3/31/2020 11:07:44 AM
Subject: RE: Scanbot 31 mar 2020 09.16
Received: Tue 3/31/2020 11:07:45 AM

Super dank!

[5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@gmail.com>
Verzonden: 31 mrt. 2020 11:03
Naar: "[5.1.2e]" <[5.1.2e]@rijksoverheid.nl>
Cc: "[5.1.2e]" <[5.1.2e]@minvws.nl>; "[5.1.2e]" <[5.1.2e]@minvws.nl>
Onderwerp: Scanbot 31 mar 2020 09.16

Hallo [5.1.2e]

In de bijlage het gevraagde document, deze is niet voor externe distributie bedoeld. Zoals je zal lezen is het masker qua deeltjes penetratie ondermaats en qua 'fit' eveneens zeer ondermaats. De kwaliteit is dermate ondermaats dat wij deze niet geschikt achten voor gebruik in ziekenhuizen.

Verder gebruik voor overige toepassing raad ik te zeerste af, het creëert schijnveiligheid. Als de eigenaar deze toch wil toepassen of laten gebruiken dan is het zijn eigen verantwoordelijkheid.

Groeten van [5.1.2e]