

Stand van zaken inkoop beademingsapparatuur

Doel inkoop:

Inkoop beademingsapparatuur, 1000 stuks, zoals verzocht door 5.1.2e:

- die door het personeel van de ziekenhuizen bediend kan worden
- die voldoende betrouwbaar is
- die voldoende druk kan leveren
- waar voldoende disposables bij geleverd worden
- met bevochtiging en/of koppeling aan bevochtiging

| | Vraagzijde | Aanbodzijde |
|--------|---|--|
| Niveau | <p>De inkopers van de ziekenhuizen zijn in de lead ten aanzien van het in beeld brengen van de vraag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • welke specificaties • inventarisatie huidige apparatuur • verdeling nieuwe apparatuur <p>via NFU: 5.1.2e</p> | <p>VWS probeert meer apparaten bij producenten los te krijgen door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inzet bewindslieden • andere manieren om de gunfactor te verhogen: hoe worden we customer of choice (commitment voor langere termijn/alignement facilitation/omslag naar (digitale) dienstverlening). • financiële garanties |
| | <p>Als er concrete lead is met een aanbieder: Voorstel voorleggen aan een aantal inkopers/intensivisten. Die daarbij ook flexibel omgaan met eisen die nu misschien minder essentieel zijn (bv. data kunnen uitwisselen met de financiële administratie). NFU/ziekenhuizen zijn en blijven de experts ten aanzien van het waarden van het aanbod. → Zijn er werkafspraken om een concreet aanbod van een onbekende partner snel te kunnen laten beoordelen? → Is het bij de bekende leveranciers voldoende als zij apparaten en aantallen noemen?</p> | <p>VWS kan helpen met aanbodzijde t.a.v.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exportvergunningen • Transport • Financiering • Regelgeving: bv. behuizing zonder CE markering <p>Via FME: 5.1.2e</p> <p>→ Inzicht in apparatuur die de Nederlandse leveranciers op korte termijn kunnen leveren. →</p> |
| | <p>Specs</p> <ul style="list-style-type: none"> • druk die gehaald moet kunnen worden is inspiratoir 75-100 cmH2O en expiratoir min 30 cm H2O | <p>VWS loopt alle aanbiedingen na die binnen zijn gekomen bij VWS ten aanzien van beademingsapparatuur en legt de serieuze voorstellen voor aan de inkopersgroep via de NFU/AMC</p> |
| | | |

Vraag VWS aan NFU: klopt het dat we alleen de categorie beademingsapparatuur met de hoogste druk willen hebben (druk die gehaald moet kunnen worden is inspiratoir 75-100 cmH₂O en expiratoir min 30 cm H₂O).