

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minbuza.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]
Cc: [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]
From: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e)
Sent: Thur 3/12/2020 2:50:30 PM
Subject: RE: Bestellingen PPE
Received: Thur 3/12/2020 2:50:31 PM

Beste [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e heeft mij even gevraagd om te reageren.

FFP1 masker: dit is het laagste prestatieniveau om van een beschermingsmasker te kunnen spreken. Dit masker heeft een efficiëntie van minimaal 80% tegen partikels die door de lucht verspreid worden. De zijkant lekkage (rondom het gezicht) mag niet meer zijn dan 22%. Dit masker wordt o.a. gebruikt wanneer er sprake is van het norovirus.

FFP2 masker: Is de gemiddelde categorie beschermingsmaskers en heeft een efficiëntie van 94%. De zijkant lekkage mag niet meer zijn dan 8%. Dit masker wordt o.a. gebruikt wanneer er sprake is van TBC.

FFP3 masker: Deze klasse biedt de hoogste bescherming en heeft een minimale efficiëntie van 99%. De zijkant lekkage mag niet meer zijn dan 2%. Dit masker wordt o.a. gebruikt bij het werken met cytostatica.

Op zich zijn de FFP1 tm 3 definities die overal gebruikt worden, maar certificering is in elk deel van de wereld weer anders. Belangrijk dus dat eventuele aanbieders uitgebreid zijn in hun info, niet alleen FFP-type, maar ook voor welke markten gecertificeerd, aan de hand van welke ISO normen etc. Dan kunnen we een betere beoordeling doen. Voor Europa is CE natuurlijk het beste, maar we kijken inmiddels ook naar alternatieven, zoals maskers die bijvoorbeeld een FDA approval hebben. In die gevallen is het dus belangrijk om meer te weten dan alleen FFP1-3.

Verder moet je qua aantallen denken in honderduizenden tot evt miljoenen. We nemen in principe alles in overweging, maar voor 10 stuks uit China laten vershippen is een druppel op een gloeiende plaat.

Ik hoop dat je hiermee verder kunt.

Groet, [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
 Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

M [redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e @minvws.nl
www.minvws.nl

[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minbuza.nl>

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 15:35

Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

CC: [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Bestellingen PPE

Ha 5.1.2e

Dank, dit geeft een duidelijke lijn. Misschien kun jij of 1 van je medewerkers nog een definitie sturen FFP1, 2 of 3 zodat we daarover geen misverstanden krijgen. We zullen in eerste instantie met CE gecertificeerde bedrijven gaan overleggen. Een tweede vraag is nog aan welke hoeveelheden jullie denken (een 'ballpark figure').

Alvast dank.

Best regards

5.1.2e

5.1.2e, MD

Counselor for Health, Welfare and Sports
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
4 Liangmahe Nanlu 1006000 Beijing
People's Republic of China

T : 5.1.2e

M: 5.1.2e

E : 5.1.2e [@minbuza.nl](mailto:5.1.2e@minbuza.nl)

NL Website | EN Website | CN Website

Embassy WeChat | 微信:

From: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Date: Thursday, Mar 12, 2020, 9:03 PM
To: 5.1.2e <5.1.2e@minbuza.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Subject: Bestellingen PPE

Ha 5.1.2e

Zoals we net besproken hebben geef ik je hierbij een overzicht van de hulpmiddelen die we het hardste nodig hebben in NL (zie lijstje)

Als jij aanbieding krijgt in China waarbij jullie vanuit de ambassade kunnen inschatten dat dit een betrouwbare aanbieding is, en er ook realistisch zicht is op transport stuur zo'n aanbieding dan door naar 5.1.5 [@minvws.nl](mailto:5.1.5@minvws.nl). Dit is een algemene mailbox bij ons op GMT die het hele hulpmiddelenteam gebruikt. Wij zorgen voor lezen en doorsturen naar de centrale groep inkopers. Wij kunnen financieel ook centraal betalen vanuit VWS indien nodig.

En alvast dank voor je inzet

- Mondmaskers type FFP2 (maar ook FFP1 en 3)
- Veiligheidsbrillen
- Schorten
- (lange) handschoenen

- Desinfectantia (handgel)
- Chirurgische maskers (dat zijn de 'gewone' mondmaskers zeg maar)
- Operatiegazen

Liefst CE gecertificeerd uiteraard maar evt amerikaans FDA gecertificeerd is ook interessant.

Groet

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e



Het nieuwe Donorregister, vanaf 1 juli 2020.
Kijk wat het voor jou betekent op donorregister.nl

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.