

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Mon 3/16/2020 10:21:05 AM
Subject: RE: Reactie mail
Received: Mon 3/16/2020 10:21:12 AM

Beste [redacted] 5.1.2e

Om het ingebruiknemen van de toestellen te kunnen voorbereiden is de volgende informatie nodig:

- Leverancier/type toestel
- Is er een koppeling met het EPD mogelijk, zo ja welke (HIX, EPIC, overig)
- Welke disposables benodigd, worden deze meegeleverd en zo ja hoeveel? Welke leverancier/productgegevens ivm vervolgbestellingen?
- Op welke plekken in het land zijn er mensen nodig om de toestellen na te kijken?

Als er meer praktische informatie beschikbaar is hoor ik het graag,

[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @isala.nl>
Verzonden: zondag 15 maart 2020 22:14
Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
CC: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: RE: Reactie mail

beste [redacted] 5.1.2e

dank voor dit heldere antwoord mbt de beademingsapparaten van defensie en de regievoering daarop. Goed om te horen dat dit reeds belegd is. Als we daarin nog ergens kunnen ondersteunen hoor ik het graag.

Ik heb verder vanuit mijn achterban de vraag gekregen of defensie ook beschikt over infusieapparatuur en bewakingsmonitoren. Ook die apparatuur is benodigd om IC capaciteit te kunnen opschalen. Ik heb op dit moment niet in beeld in welke ziekenhuizen dit allemaal speelt, maar wellicht goed om op deze aanvullende vraag voorbereid te zijn.

groeten

[redacted] 5.1.2e

----- Oorspronkelijk bericht -----

Van: "[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Datum: 15-03-20 21:26 (GMT+01:00)
Aan: "[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @isala.nl>
Cc: "[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>"; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: Reactie mail

Beste [redacted] 5.1.2e

Ik reageer even op je mail contact eerder met [redacted] 5.1.2e over de beademingsapparaten. We gaan morgen een formeel bijstandsverzoek doen aan Defensie (dat hebben ze nodig) en dan komen er apparaten beschikbaar. Wellicht kunnen die al morgen getransporteerd worden. Het is heel erg fijn als er een aantal medische technologische mensen beschikbaar zijn om die apparaten na te kijken (specificaties van die apparaten en praktische afspraken volgen morgen).

Ten aanzien van de verdeling van deze apparaten het volgende. Defensie hecht eraan dat het Ministerie van VWS zich hiervoor

verantwoordelijk stelt. De verdeling van de apparatuur over Nederland zal onder de coördinatie van het ministerieplaatsvinden, in samenspraak met de Vereniging voor intensivisten en het ROAZ, die ons hierin zullen adviseren en ondersteunen in de logistieke zaken t.a.v. verdeling en distributie.

Is dit alvast voldoende helder qua proces?
Dank voor het meedenken en jullie inzet!

5.1.2e

Ministerie van VWS



Het nieuwe Donorregister, vanaf 1 juli 2020.
Kijk wat het voor jou betekent op donorregister.nl

--