

To: [redacted]@ziggo.nl]; [redacted]
 ([redacted]) [redacted]@minvws.nl]; [redacted] [redacted]@knmvd.nl]; [redacted]@minInv.nl'; [redacted]@minInv.nl]; [redacted]
 ([redacted]) [redacted]@minvws.nl]
From: [redacted]
Sent: Mon 3/23/2020 4:53:11 PM
Subject: Re: specs units beademing apparatuur
Received: Mon 3/23/2020 4:53:18 PM

Hi [redacted]

Wschl mosterd na de maaltijd.

Maar het verzoek om de machines te kwalificeren per max teugvolume is wellicht gewenst maar ik denk niet dat dit makkelijk te achterhalen is voor een zekere ventilator. Dus ik verwacht dat de aanbieder hier een '?' zal zetten. Op basis van merk en type is wschl sneller te achterhalen of de ventilator geschikt is of niet voor gebruik bij volwassenen.

Gr

[redacted]

[redacted] Universiteit Utrecht | [Diergeneeskunde](#) | departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren |
 Yalelaan 108, 3584 CM Utrecht | Postbus [redacted] 3508 TD Utrecht | (0900) [redacted] | [redacted]@uu.nl | Follow us @ | [Instagram](#) | [Facebook](#)
 | [Twitter](#) | [LinkedIn](#)



Van: [redacted]@ziggo.nl>

Verzonden: maandag 23 maart 2020 16:04

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@knmvd.nl>; [redacted]@minInv.nl' <[redacted]@minInv.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@uu.nl>

Onderwerp: Re: specs units beademing apparatuur

Beste Iedereen,

Klopt die teug tot 2 liter wel. De meeste humane machines gaan tot 1500/1600 ml? Dan vallen veel units af. Ik heb een humaan apparaat staan oorspronkelijk van prof. Smalhout Erasmus MC. Die gaat tot 1500 ml.

Ik zou graag oordeel zeker willen weten van een humane intensivist? De paardenklinieken hebben wel grotere ventilators!

[redacted], [redacted], wat denk jij hier van? Kan jij hier een oordeel over geven. Mag hoop ik wel kritisch zijn?

Mvg [redacted] [redacted]

[Outlook voor Android downloaden](#)

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Verstuurd: maandag 23 maart 2020 15:31

Aan: [redacted]; [redacted]; [redacted]@minInv.nl'; Beademingsapperatuur

Onderwerp: RE: specs units beademing apparatuur

Dag [redacted] 5.1.2e

Goed voor jullie om te weten dat de specificaties iets zijn aangepast in de brief die straks uit wordt gestuurd. Het staat nu als volgt in de brief:

We zijn op zoek naar beademingsapparaten, die gecontroleerd kunnen beademen met een teugvolume van 0 tot 2 liter en met een PEEP **van minimaal 20 cm** waterdruk en met of zuurstof of gasmix.

Dan zijn jullie ook op de hoogte.

Groet,

[redacted] 5.1.2e



[redacted] 5.1.2e

Senior beleidsmedewerker

Cluster Geestelijke Gezondheidszorg | Directie Curatieve Zorg (CZ)

[Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport](#)

Telefoon: [redacted] 5.1.2e Email: [redacted] 5.1.2e [@minvws.nl](mailto:[redacted]@minvws.nl)

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: maandag 23 maart 2020 13:58

Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @knmvd.nl>; [redacted] 5.1.2e @minlnv.nl' <[redacted] 5.1.2e @minlnv.nl>

CC: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: specs units beademing apparatuur

Dag [redacted] 5.1.2e

Wij hebben de eisen over de specificaties van de apparatuur ontvangen van [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e Dat zijn de twee zinnen die wij eerder hebben gedeeld met [redacted] 5.1.2e

We zijn op zoek naar beademingsapparaten, die gecontroleerd kunnen beademen met een teugvolume van 0 tot 2 liter en met een PEEP tussen de 0-20 cm waterdruk en met of zuurstof of gasmix.

Dit is wat [redacted] 5.1.2e zegt nodig te hebben/te kunnen gebruiken op de IC, dus daar sluiten we bij aan in de oproep.

Groet

[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @knmvd.nl>

Verzonden: maandag 23 maart 2020 13:42

Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e @minlnv.nl' <[redacted] 5.1.2e @minlnv.nl>

Onderwerp: specs units beademing apparatuur

Heren,

Is er al afstemming geweest over de specificaties van de apparatuur?

Ik begreep namelijk dat de eisen van VWS korter zijn dan onze lijst, maar wel specifiek.

Hoor het graag!

Hartelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

06

[redacted] 5.1.2e