

900

Eindcontrole – Ready to Go 40-39324 Datum: 28-03

Inkoopnummer	XXXX
Lotnummer	
Productnaam	POPAL
Leverancier	
Type mondmasker	KN95

	+	+/-	-	Naam beoordelaar
Oordeel RIVM	+ *			5.1.2e
Oordeel AH/TOXI				

* ALLEEN ALS FIT-TEST INSTRUCTIE MEEGESTUURD.

	Testgemiddelde	Naam beoordelaar
Particle Penetration	28	

	FF Pass Level	FFP2 (JA/NEEN)	Naam beoordelaar
Fittest	>12	JA >12 INDIEN FIT OK	5.1.2e

Onze beoordeling type mondmasker

FFP2 + instructie
separate

Ready to GO (JA/NEEN)

JA