

**To:** [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl> [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl>  
**Cc:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**From:** Zorgvraag-covid  
**Sent:** Fri 4/17/2020 1:47:37 PM  
**Subject:** FW: vraag over type chirurgische mondneusmaskers  
**Received:** Fri 4/17/2020 1:47:38 PM

Beste [redacted]

Een chirurgisch masker Type IIR is om de zorgmedewerker te beschermen tegen de druppeltjes die van een patient worden overgedragen naar de zorgmedewerker. De R staat voor vochtafstotend (aan de buitenzijde). Bij een zorgmedewerker met klachten is deze extra bescherming aan de buitenzijde niet per se nodig. De druppeltjes komen namelijk van de hoestende medewerker.

Ik hoop dat dit voldoende helder is.

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted]

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

[redacted]

.....  
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)  
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  
A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven [redacted]  
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

[redacted]

E [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

[redacted]

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@ggd.amsterdam.nl>

**Verzonden:** vrijdag 17 april 2020 15:19

**Aan:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

**Onderwerp:** vraag over type chirurgische mondneusmaskers

Wij hebben een vraag over het gebruik van chirurgisch mondneusmaskers door zorgmedewerkers met klachten.

In het nieuwste protocol van [Verenso](#) dat het gebruik van een type II in dit geval voldoende is. Op RIVM wordt het niet nader gespecificeerd. Wat is de reden om in dit geval geen IIR te adviseren?

Groet,

[redacted]

Infectieziekten  
Hygiëne en Inspectie

**GGD Amsterdam**

[redacted]

[redacted] <[\[redacted\]@ggd.amsterdam.nl](mailto:[redacted]@ggd.amsterdam.nl)>

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam  
ggd.amsterdam.nl

5.1.2e