

## Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inslagnummer	07361 Groen exemplaar-
Leverancier	Akzenta
Productnaam	Top mask
Datum	25-3-2020
Naam	5.1.2e
Functie	AH / AH tox
Besproken met RIVM	<input type="radio"/> 5.1.2e <input type="radio"/> 5.1.2e
Advies:	
Type masker bij uitgifte:	Chirurgische mondmasker Type II R, Spet bevestiging

### Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

### Administratief

Technical data sheet aanwezig?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
Oordeel van RIVM	ACCORD (Europeus product)	

### Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	Chirurgisch masker II R
----------------------------	-------------------------

VERPAKKING OM HET MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker? Zo ja:	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input type="radio"/> Gemakkelijk <input type="radio"/> Lastig <input type="radio"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input checked="" type="radio"/> Goed <input type="radio"/> Ruimte bij de kin <input type="radio"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="radio"/> Slechte aansluiting bij wangen
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="radio"/> Niet <input type="radio"/> Neus <input type="radio"/> Kin <input type="radio"/> Zijkant
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nee
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input checked="" type="radio"/> Masker blijft op zijn plek <input type="radio"/> Masker verschuift <input type="radio"/>

Bijzonderheden:

## Loodsrapport van Koolwijk Op- &amp; Overslag B.V.

Inslag Nr.: 87361 Dossier Nr.: 66866

Datum: 24-03-2020  
 Klant: ERASMUS MEDISCH CENTRUM  
 Autonr.: 5.1.2h /  
 Referentie: ORTHO & DENTAL SUPPLY

Goederen omschrijving: CHIRURGISCHE MONDKAPJES  
 Aantal colli: 1 PCS  
 Aantal pallets: Hoeveelheid per pallet: -  
 Bruto gewicht: 0 KG  
 Containers:

Staat van de goederen:

Aantal stuks met schade:

Schade:

Lot nr.:

Hout / Plastic / Euro pallet:

Prod. Datum:

Gelost door:

T.H.T.:

Geteld door:

Palletfactor:

Overige opmerkingen:

2 pallets 77 dozen  
 1000 stukjes per doos 20 x 50. stukjes

Gelost in vak/loods/stelling:
-------------------------------

Opmerkingen voordat er gelost gaat worden:

GELIEVE DE HOEVEELHEDEN EN DE AANTALLEN CONTROLEREN.

**ATTENTIE CHAUFFEURS:**

**VOOR AANVANG VAN HET LOSSEN AAN DE RAMPEN 1 T/M 4**  
**EERST EEN WIELKEG VOOR DE WIELEN LEGGEN !!!!!!!!!!!!!!!**



Afzender: Ortho Import &amp; Trading BV - Edisonstraat 3 - 3861 NE Nijkerk

**Pakbon**

202022689

Pagina 1 van 1

**Verzendadres:**

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn  
Parnassusplein 5  
2511 VX DEN HAAG  
NEDERLAND

**AANTAL COLLI:** 2

Datum: 24-03-20  
Ordernummer: 202011352  
Debiteur: MINISTVVWS

Referentie: Verplichtingnr. 3057-23228

Artikelcode	Omschrijving	Omschr. 2/aantal per verpakking	Besteld	Aantal	Backord.
D	Kenmerknnummer: 201865006.026.059				
D	Verplichtingnummer : 3057-23228				
100001808	Mondmasker met oorelastieken Violetblue				
100001580	Mondmasker Akzenta groen met oorelastiek				
100001828	Mondmasker met oorelastieken Roze	5.1.1c			
100000095	Comforties Mondmasker Wit Elastiek				
100000096	Comforties Mondmasker Groen Elastiek				

58 BLH 2.