

**To:** [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl  
**From:** Ichv  
**Sent:** Fri 4/24/2020 12:54:55 PM  
**Subject:** RE: 407 zuurstofconcentratoren  
**Received:** Fri 4/24/2020 12:54:55 PM

Beste [5.1.2e]

Dit antwoord heb ik uit een ander Crios casus (LCHV-25901) gehaald, hier werd dezelfde soort vraag gesteld, en kan naar de vraagsteller gestuurd worden. Dit heb ik ook afgestemd met [5.1.2e] Indien gewenst wil ik het ook sturen.

Er zijn veel soorten zuurstofconcentrators op de markt, met allen verschillende gebruiksaanwijzingen en filters, zowel bacterie- als hepafilters. Dus een algemeen advies zou kunnen zijn:

- Geldende voorschriften vanuit de fabrikant zijn leidend, hierbij aandacht voor reiniging van het groffilter en buitenkant apparaat;
- Als dit mogelijk is (meestal niet of alleen met tussenkomst van de technische dienst) vervangen hepafilter bij een (verdacht) corona-positieve cliënt na ontslag of overlijden;
- Conform WIP-richtlijnen vervangen zuurstofslang, -bril of masker bij nieuwe gebruiker;
- Apparaat indien mogelijk verder dan 1,5 meter plaatsen van de cliënt of mogelijk buiten de kamer;
- Desinfectie apparaat kan na reiniging met alcohol 70% worden uitgevoerd, mits het apparaat buiten werking staat. Combinatie van alcohol met zuurstof en eventuele statische lading kan leiden tot spontane verbranding van alcohol.

Een aantal dagen niet gebruiken, een week, wordt door enkele fabrikanten aangegeven, is ook een optie. Echter door de toenemend aantal corona-patiënten die zuurstofbehoefend zijn zal er al een groot tekort zijn aan zuurstofconcentrators in instellingen.

Hartelijke groeten,

[5.1.2e]

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid  
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  
 Postbus 1 3720BA Bilthoven  
 030- [5.1.2e]  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) | [www.lchv.nl](http://www.lchv.nl)

**Van:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

**Verzonden:** vrijdag 24 april 2020 10:20

**Aan:** Ichv <[5.1.2e]@rivm.nl>

**Onderwerp:** FW: 407 zuurstofconcentratoren

[5.1.2e]

Hoort deze vraag bij jullie,  
 Zo niet waar dan wel, ideeën?

**Van:** LOT-C - sectie Gezondheid & zorg <[5.1.2e]@ifv.nl>

**Verzonden:** vrijdag 24 april 2020 09:43

**Aan:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

**CC:** [5.1.2e] [IFV] <[5.1.2e]@ifv.nl>

**Onderwerp:** FW: 407 zuurstofconcentratoren

Dag [5.1.2e]

Vanuit het LOTC-GZ hebben we de volgende vraag toegestuurd gekregen: *'Wij willen beleid bepalen t.a.v. de inzet van zuurstofconcentratoren bij opeenvolgende cliënten. Kunnen jullie mij vertellen welke maatregelen wij moeten treffen om besmetting te voorkomen?'* Zie onderste mail.

Hebben jullie hier richtlijnen voor?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

# LOT-C

Landelijk Operationeel Team COVID-19

Instituut Fysieke Veiligheid

M 06 5.1.2e

E 5.1.2e [@ifv.nl](mailto:5.1.2e@ifv.nl)

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel

5.1.2e  
5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel

5.1.2e