

**To:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl  
**Cc:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @tegroep.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @postnl.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @lumc.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @lumc.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @erasmusmc.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @erasmusmc.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @ggdhm.nl  
**From:** [redacted] 5.1.2e  
**Sent:** Wed 4/22/2020 3:07:33 PM  
**Subject:** Re: Laatste herinnering / RMA REDI maskers / HDS  
**Received:** Wed 4/22/2020 3:07:38 PM  
[image001.gif](#)

Ls

Ik neem het voor kennisgeving aan aangezien de melding te laat voor ons is gekomen. Voor ons is de zaak gesloten (zoals  
 blijkt ook voor u). U heeft de gegevens van de leverancier voor een eventuele RMA. Ik zal REDI echter informeren dat  
 u de "casus" heeft gesloten en dat zij deze e-mail in hun administratie dienen te bewaren.

Ik merk wel op dat de door u geleverde gegevens en conclusies niet kunnen kloppen. Op basis van de documenten welke ik  
 van uw consortium en VWS heb weten te verkrijgen weet ik dat dit niet klopt. Ik zal u niet vervelen met een uitleg, maar  
 blijktbaar is VWS nog steeds niet in staat met deze crisis om te gaan.

With kind regards,

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[www.ib-consultancy.com](http://www.ib-consultancy.com)

Sent from my iPhone

On 22 Apr 2020, at 17:01, [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl> wrote:

Allen,

Naar aanleiding van onderstaand verzoek hierbij de bevindingen van VWS/LCH over de kwaliteit van deze zendingen. Omdat de  
 leveringen bestonden uit grote volumes met een mix van diverse type maskers was het voor de kwaliteitscontrole een behoorlijke  
 inspanning om uit te zoeken wat nu van welk type was en van welke zending. Dat heeft tijd gekost en is zo en zo niet zomaar uit te  
 leveren aan zorginstellingen zonder adequate verpakking. De aanschaf is via LUMC verlopen. Wat VWS betreft is hierbij deze casus  
 hierbij gesloten.

**Conclusies:**

- Voor zover is kunnen traceren komt de levering 398.210 stuks tekort
- 470.000 stuks (lot 361 en 386) worden afgekeurd omdat ze (ruimschoots) niet voldoen aan de PFE norm (fliterkwaliteit)
- 338.400 stuks (lot 362) scoren matig op PFE en slecht op fit
- 24.490 stuks (lot 363) scoren goed op PFE maar hebben een slechte fit
- 152.000 stuks (lot 395) betreft twee typen product die beiden goed scoren op PFE maar waarvan er één een voldoende fit heeft en de andere niet
- 116.900 stuks (lot 394 en 398) scoren als enige goed op PFE en goed/voldoende op fit

LOT nr	Lev dat (leverdatum)	Aantal	P.P. 0,3 (Particle Penetration 0,3)	P.P. 0,5 (Particle Penetration 0,5)	Fit <> clip (Fittest Zonder Clip)	Fit met clip (Fittest CLIP)	Artnr afgifte	Beoordeling
361	8-4-2020		59,9	77,20	n.v.t.	n.v.t.	Afkeur	Afkeur

		120.000						
362	8-4-2020	338.400	92,9	97,50	3.7;13	13;14	Afkeur	Afkeur
363	8-4-2020	24.490	96,1	99,00	16;3.4	30;9	Afkeur	Afkeur
386	11-4-2020	350.000	65,4	79,70	n.v.t.	n.v.t.	Afkeur	Afkeur
394	11-4-2020	112.000	94,1	98,30	17;25	30;175;200	958	Goed
395	11-4-2020	152.000	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	On Hold
398	11-4-2020	4.900	96,2	98,60	13;4;17	36;17;95	958	Goed met clip

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@5.1.2e>

**Verzonden:** dinsdag 21 april 2020 22:06

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@ftegroep.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@postnl.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e @lumc.nl; 5.1.2e <5.1.2e@erasmusmc.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@erasmusmc.nl>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@ggdhm.nl>

**Onderwerp:** Laatste herinnering / RMA REDI maskers / HDS

LS

Ik heb nu een aantal keren gevraagd of er maskers niet akkoord waren in de zending van REDI en of de zending nu compleet is geaccepteerd. De voorwaarden van REDI zijn helder dat een RMA direct gemeld dient te worden en we zijn nu een aantal weken verder zonder melding.

Indien ik vandaag om 17:00 niets heb gehoord beschouw ik de zending als compleet en is mijn werk compleet. Indien er later een RMA is, dient deze naar REDI gestuurd te worden. Hij zal deze mogelijk niet accepteren omdat er teveel tijd tussen heeft gezeten.

Hopend jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

With kind regards,

5.1.2e

5.1.2e

Phone +31 (0) 5.1.2e  
Mobile +31 (0) 5.1.2e

<image001.gif>

Follow us!

5.1.21