

To: [redacted] [redacted]@minvws.nl
From: [redacted]
Sent: Wed 4/8/2020 7:08:55 AM
Subject: FW: SPOED: concept kamerbrief VWS over beschermingsmiddelen, opmerkingen [redacted] Inspectie SZW
Received: Wed 4/8/2020 7:08:56 AM

Ook nog voor jou. Opmerkingen van ISZW over hergebruik. Deze vraag heb ik ze eerder ivm mondkapjes voorgelegd, daar toen geen reactie op gekregen.

Even kijken hoe we dat oppakken, want dat is nog wel nodig om hergebruik mogelijk te maken. Ik denk niet dat dat voor isolatiekleding speelt, maar weet jij dat?

Van: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl
Verzonden: dinsdag 7 april 2020 15:53
Aan: [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl
Onderwerp: FW: SPOED: concept kamerbrief VWS over beschermingsmiddelen, opmerkingen [redacted] Inspectie SZW

Van: [redacted] [redacted]@minszw.nl
Verzonden: dinsdag 7 april 2020 15:48
Aan: [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl
Onderwerp: FW: SPOED: concept kamerbrief VWS over beschermingsmiddelen, opmerkingen [redacted] Inspectie SZW

Beste [redacted],

Zie ajb onderstaande punten.
 Voor de snelheid zet ik een aantal mails naar je door.

Groet,



[redacted]
 [redacted] Gezond Werken
 Directie Gezond & Veilig Werken
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 Pamassusplein 5 / 2511 VX Den Haag
 Postbus 90801 / 2509 LV Den Haag

M: [redacted]
T: [redacted]
E: [redacted]@minszw.nl

Van: [redacted] [redacted]@minszw.nl
Verzonden: dinsdag 7 april 2020 15:42
Aan: [redacted] [redacted]@minszw.nl; [redacted] [redacted]@minszw.nl
Onderwerp: RE: SPOED: concept kamerbrief VWS over beschermingsmiddelen, opmerkingen [redacted] Inspectie SZW

Prima suggestie om toe te voegen. Gaat dus breder dan alleen mondkapjes. Geldt ook voor beschermende kleding etc ... En gaat dus niet alleen om toetsing van nieuw, maar ook voor hergebruik!

Van: [redacted] [redacted]@minszw.nl
Verzonden: dinsdag 7 april 2020 15:36
Aan: [redacted] [redacted]@minszw.nl; [redacted] [redacted]@minszw.nl
Onderwerp: RE: SPOED: concept kamerbrief VWS over beschermingsmiddelen, opmerkingen [redacted] Inspectie SZW

[redacted]

IK kan je niet bereiken. He [redacted] ook na haar opmerkingen gesproken. Het klopt dat ISZW nog niet voldoende betrokken is. Bijv het hergebruik : daarvan geeft ze aan dat er dan een nieuw product ontstaat dat door RIVM getoetst moet worden. Ogv de richtlijn moet de toezichthouder daar akkoord voor geven. Dat is voor hergebruik nog niet gebeurd.

Mijn voorstel zou zijn een tekst op te nemen of de opmerking van 5.1.2e over de richtlijn. : De Europese Aanbeveling 2020/403 geeft de mogelijkheid om tijdelijk ten behoeve van zorgmedewerkers niet-CE-gemarkeerde persoonlijke beschermingsmiddelen op de Europese markt toe te laten, na beoordeling van de essentiële eisen door de markttoezichthouder. Inspectie SZW werkt hiervoor samen met het LCH en het RIVM. De Chinese testnorm (GB262602006 voor KN 95) is vergelijkbaar met de geharmoniseerde Europese norm (EN 149-2001) voor FFP2. En dan toevoegen.Om die reden zal nauw overleg et de ISZW plaatsvinden.

5.1.2e zie opm/vraag over arbeidshygiënist.

5.1.2e