

To: [redacted] ( [redacted]@minvws.nl) [redacted]@minvws.nl  
From: [redacted]  
Sent: Tue 9/15/2020 10:34:44 AM  
Subject: FW: 20200910 Verslag overleg GMT - IGJ- ISZW gedoogbeleid PBMs enmedische hulpmiddelen  
Received: Tue 9/15/2020 10:34:44 AM


Hoi [redacted]

Even tussendoor: ik zie dat de IGJ nu ook in geval van chirurgische maskers spreekt van kwaliteitscategorieën en mandjes. Dit bestaat echter niet. Alleen voor FFP/kn95 zijn deze categorieën gemaakt: omdat we in het begin van de crisis konden afschalen van FFP2 naar FFP2, en er hele discussies zijn gevoerd over in hoeverre de fit nu wel of niet belangrijk is. De andere producten kennen echter alleen: goedkeur of afkeur.

Overigens; ik denk dat de IGJ wellicht ook wel oren heeft naar een officiële ontheffing via art. 8 Wmh. Hoewel dat gezien aanbeveling 2020/403 misschien niet strict noodzakelijk is.

Groet,

[redacted]



Dubbel

2 - 4

Dubbel

5.1.2e