

To: [redacted]@statiagov.com[redacted]@statiagov.com];
 [redacted]@goldenrockpharmacy.com[redacted]@goldenrockpharmacy.com]
Cc: [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl]
From: [redacted] [redacted]
Sent: Thur 3/11/2021 8:04:12 AM
Subject: RE: Doorst: Doorst: cold chain incident | MC21039
Received: Thur 3/11/2021 8:04:12 AM

Best [redacted] en [redacted],

De gegevens van de leverancier van de vriezer: Elscolab BV (NL), contactpersonen daar zijn [redacted] [redacted]@elscolab.com en [redacted] [redacted]@elscolab.nl. Tel: [redacted] [redacted]

De transformator komt van Adaptive Frequency Inc. (USA):

TEL: [redacted] [redacted]

EMAIL: [redacted]@adaptivefrequency.com, EMAIL: [redacted]@adaptivefrequency.com

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted]

[redacted] [redacted]



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
 en Milieu
 Ministerie van Volksgezondheid,
 Welzijn en Sport

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP)
 Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven | U 3

+31 [redacted] [redacted]

Aanwezig [redacted] [redacted]

www.rivm.nl | De zorg voor morgen begint vandaag

Van: [redacted] [redacted]@rivm.nl>

Datum: 10 maart 2021 om 22:29:02 CET

Aan: [redacted] [redacted] [redacted]@goldenrockpharmacy.com>

CC: [redacted] [redacted] [redacted]@statiagov.com>, [redacted] [redacted] [redacted]@statiagov.com>, [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: cold chain incident | MC21039

Beste [redacted] [redacted]

Dat is op zijn zachtst gezegd beroerd nieuws... 😞

Voor de vriezerproblematiek is [redacted] [redacted] even in de lead, aangezien haar team alles van de (aanschaf van de) vriezers weet. Wordt zsm vervolgd.

Wat betreft de reactie van Moderna: het vaccin kan nog **wel** gebruikt worden.

Groet, [redacted] [redacted]

From: [redacted] [redacted] [redacted]@goldenrockpharmacy.com>

Sent: woensdag 10 maart 2021 20:59

To: [redacted] [redacted]@rivm.nl>



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport



Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @goldenrockpharmacy.com>
Datum: 9 maart 2021 om 20:33:50 CET
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>, 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>, 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @statiagov.com>, 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @statiagov.com>
Onderwerp: cold chain incident

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Helaas moet ik bij deze een cold chain incident melden. Toen ik zojuist een aantal vaccins van de vriezer naar de koelkast ging verplaatsen zag ik dat de vriezer de melding 'HF' gaf. 5.1.2e was hier en ze heeft in de handleiding gekeken en daaruit bleek dat er waarschijnlijk een probleem is geweest met de temperatuur. Na het uitlezen van de logger blijkt dat de temperatuur gister avond, 8 maart, gedurende een half uur, te hoog is geweest. De maximale temperatuur was -9,1 graden C. In de bijlage stuur ik de logger data. De stroom is niet uitgevallen gisteravond dus ik kan de toename in temperatuur nog niet verklaren.

Inmiddels is de temperatuur weer tussen de -25 en -15. Ik hoor graag of de vaccins nog gebruikt kunnen worden. Als de houdbaarheid in de vriezer niet meer te garanderen is, wellicht is het een optie om de vaccins alvast te ontdooien voor de grote vaccinatieronde van 22 maart? Voor nu heb ik alle vaccins die tijdens het cold chain incident in de vriezer lagen, aangemerkt als zijnde in quarantaine.

Voor de volledigheid stuur ik ook de logger data van de koelkast mee. Hier hebben zich geen problemen voorgedaan. Er zaten 10 ampullen in de koelkast die al eerder ontdooit waren. Deze zullen we gebruiken voor de vaccinaties van morgen.

--

Kind regards,

5.1.2e 5.1.2e, pharmacist

Golden Rock Pharmacy
 Charles A. Woodley weg # 2
 Sint Eustatius
 Dutch Caribbean

E: 5.1.2e @goldenrockpharmacy.com

T: 5.1.2e

T: 5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

--

Kind regards,

5.1.2e 5.1.2e, pharmacist

Golden Rock Pharmacy
 Charles A. Woodley weg # 2
 Sint Eustatius
 Dutch Caribbean

E: 5.1.2e [@goldenrockpharmacy.com](mailto:5.1.2e@goldenrockpharmacy.com)
T: 5.1.2e
T: 5.1.2e