

To: [redacted]@rivm.nl; [redacted]@rivm.nl
From: [redacted] (5.1.2e)
Sent: Tue 3/23/2021 8:14:02 PM
Subject: FW: Agenda werkgroep validatie 2021-3-22
Received: Tue 3/23/2021 8:14:12 PM
[ECDC Considerations-for-the-use-of-self-tests-for-COVID-19-in-the-EU-EEA_March2021.pdf](#)

Ha [redacted] en [redacted],

Wellicht zijn jullie allang op de hoogte: maar ik stuur jullie onderstaande informatie en bijgevoegd document voor de zekerheid toch door.

Groeten en fijne avond,

[redacted]

Van: [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@minvws.nl>
Verzonden: maandag 22 maart 2021 15:53
Aan: [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@minvws.nl>
CC: [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: FW: Agenda werkgroep validatie 2021-3-22

Beste [redacted] [redacted],

Zie onderstaand bericht van RIVM/LCI. Goed om hier rekening mee te houden bij het schiften van de aanvragen. Het gaat dus niet zozeer om de type wattenstok, maar om de afnameplek. Met de nasopharynx-wattenstok kan je prima een ondiepe (mid turbinate) monsterafname van de neus doen.

Een monsterafname van de nasopharynx blijft m.i. onwenselijk.

Groet, [redacted]

Van: [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@rivm.nl>
Verzonden: maandag 22 maart 2021 15:46
Aan: [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@gmail.com>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@ggd.amsterdam.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@erasmusmc.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@umcutrecht.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@umcutrecht.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@amphia.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@igh.com>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@igj.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@lcdk.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@lcdk.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@ggdghor.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@ggdghor.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@rivm.nl>
CC: [redacted] (5.1.2e) <[redacted]@amsterdamumc.nl>

Onderwerp: RE: Agenda werkgroep validatie 2021-3-22

Beste collega's,

Afgelopen maandag werd na een korte discussie besloten dat bij alle zelftesten die in NL gebruikt zullen gaan worden nadat die een ontheffing hebben gekregen, er een korte swab bijgevoegd dient te worden. Mogelijk kan dit op basis van het volgende heroverwogen worden.

[redacted] heeft overleg gehad met onze Duitse collega's: Voor de ontheffing Ag zelftest hebben we gisteren ook nog ervaringen uitgewisseld met een Duitse collega van de PEI. De Duitse ontheffingen zijn ook afgegeven voor zowel zelftesten die een nasopharynx wattenstok erbij leveren met de instructies om midturbinate te bemonsteren. Ze hebben voornamelijk gelet of de test(cassette) goed (sensitiviteit) is en de instructies helder zijn. Dit lijkt mij de juiste aanpak.

Onze burens hebben de sneltesten dus niet omgepakt met een kortere swab erbij.

En verder zijn IDS-collega's van mening: Overigens zijn de 'nasale' wattenstokken in de Ag zelftesten ook lang en zonder stopper, dus het verschil is met name de stijfheid van de stok en iets dikkere kop. Maar belangrijkste zijn de instructies (en of mensen dat bij hun zelf zullen doen...), dus opnieuw wordt geen reden gezien om de sneltest van een kortere stok te voorzien.

En in de bijlage ter informatie nog een zeer recente ECDC-publicatie over zelftesten: 'Considerations on the use of self-tests for COVID-19 in the EU/EAA.

Tot dadelijk, groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)

Postbus 1 5.1.2e

3720 BA Bilthoven

Tel. 5.1.2e

Mod. 5.1.2e

5.1.2e

From: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Sent: zondag 21 maart 2021 19:03

To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e @erasmusmc.nl; 5.1.2e <5.1.2e@erasmusmc.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@umcutrecht.nl>; 5.1.2e @umcutrecht.nl; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@amphia.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@igh.com>; 5.1.2e 5.1.2e, 2 5.1.2e <5.1.2e@igi.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@lcdk.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@lcdk.nl>; 5.1.2e @ggdghor.nl; 5.1.2e @ggdghor.nl; 5.1.2e @ggdghor.nl; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@amsterdamumc.nl>

Subject: Agenda werkgroep validatie 2021-3-22

Dag allen,

Bij dezen de agenda voor de werkgroep van morgen.

Momenteel wordt er ook nagedacht over de noodzaak tot hertesten in spoor 2A en er is gevraagd of deze werkgroep daar in mee kan denken. Ik heb ter bespreking een voorzet gedaan met de meest voor de hand liggende afwegingen (zie bijlage). Het vraagstuk valt buiten de oorspronkelijke scope van de werkgroep, maar ik hoop dat dit morgen ook besproken kan worden.

Agenda

- 1) Terugkomst actielijst
- 2) Mid-turbinate swab vs. nasopharynx
- 3) Hertesten spoor 2A
- 4) Updates lopende pilots

Actielijst

Actie: 5.1.2e geeft update over nasopharynx vs. midturbinate swab.

Actie: 5.1.2e 5.1.2e geeft update over antigeentest op basis van speeksel (*inclusies zijn vrijdag 19-3 afgerond, analyse volgt later*).

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e | Team Testen & Traceren
Programmadirectie COVID-19
5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*