

To: [redacted] 5.1.2e @vr-rr.nl [redacted] 5.1.2e @vr-rr.nl
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e (5.1.2e) [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl;
From: [redacted] 5.1.2e (5.1.2e)
Sent: Mon 3/8/2021 3:49:50 PM
Subject: RE: Verzoek voorzitter VR-RR
Received: Mon 3/8/2021 3:49:50 PM

Beste [redacted] 5.1.2e

dank voor je mail. EPD technologies heeft een test die op basis van een klem op de vinger met elektrische pulsen de reactie van het lichaam meet. Deze techniek is in december/januari door de werkgroep Innovatieve Testen van het LCT (VWS) bekeken, en heeft op basis van onderstaande argumenten besloten deze techniek niet olv. de werkgroep verder te valideren. EPD technologies is destijds over deze beslissing geïnformeerd.

Argumenten:

- Test is nog in een te vroeg stadium:
 - Er zijn nog geen beschikbare publicaties of geschreven tekst
 - Technische validatie moet nog plaatsvinden
 - Er is nog geen validatiestudie uitgevoerd die uitkomsten vergelijkt met PCR
- Eerste resultaten op kleine groep asymptomaten zijn niet veelbelovend
- Het lukte EPD niet om aannemelijk te maken dat de test werkt en de achterliggende techniek te verklaren, ondanks een bijeenkomst van een uur en het delen van veel (ongestructureerde) informatie in de vorm van 10 pdf's, een powerpoint en 2 video's van ongeveer een uur
- Er lijkt weinig meerwaarde te zijn tov andere innovatieve testen die momenteel uitgerold of klinisch gevalideerd worden: test duurt langer en kans lijkt klein dat dit even gevoelig zal zijn als bijvoorbeeld de ademtest o.b.v. niet-geschikte studies

Tot slot: de LCT heeft onlangs besloten om het innovatieprogramma waarbij een reeks nieuwe testmethoden zijn gevalideerd en nu worden opgeschaald terug te brengen in omvang, mede gelet op het feit dat de gevalideerde testmethoden nu eerst worden uitgerold na maanden voorbereiding. Er is op dit moment geen behoefte om opnieuw te beginnen aan een validatietraject voor een testmethode.

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mvg

[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e @minvws.nl

+31 6 [redacted] 5.1.2e