

**To:** [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @rivm.nl]  
**From:** [5.1.2e] [5.1.2e]  
**Sent:** Mon 3/22/2021 7:08:07 PM  
**Subject:** RE: Naalden - BioNTech reply  
**Received:** Mon 3/22/2021 7:08:07 PM

Laten we dit ook meenemen in de berichtgeving morgen.

---

**Van:** [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Verzonden:** maandag 22 maart 2021 13:09  
**Aan:** [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Onderwerp:** RE: Naalden - BioNTech reply

Uit het eerdere onderzoek van de 3 ziekenhuisapothekers is er ook naar voren gekomen dat de BD spuit en de BioNTech naalden niet goed blijken te passen. Vraag is teruggelegd bij BioNTech en, zoals verwacht, is het zo dat je vooral wat harder moet duwen om de 2 spullen op elkaar te krijgen.

Groetjes,

[5.1.2e]

---

**From:** [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Sent:** maandag 22 maart 2021 12:59  
**To:** [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Naalden - BioNTech reply

En van waar de vraag?

---

**Van:** [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Verzonden:** maandag 22 maart 2021 12:54  
**Aan:** [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Onderwerp:** FW: Naalden - BioNTech reply

Ter info, dit gaat over de BioNTech naalden en de BD spuit.

---

**From:** [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@pfizer.com>  
**Sent:** donderdag 18 maart 2021 20:09  
**To:** [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Cc:** [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@pfizer.com>  
**Subject:** Naalden - BioNTech reply

Hi [5.1.2e]

Zojuist antwoordde mijn collega na overleg met BioNTech:

I have spoken with our colleagues at Biontech and confirm that it's important to strong attach the needle to the syringe. Once the syringe is filled, the needle should not be removed. Should anyone like to speak with Biontech or Vernacare regarding this issue, please let us know and we can try and connect.

Ik kan jullie in contact brengen, als jullie dat wensen. Maar het antwoord is niet veel bruikbaar dan het vorige.

Groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e] [5.1.2e] | Pfizer | the Netherlands | [5.1.2e]