



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	17-7-20
Lotnummer	1984
Leverancier/LCH-nummer	6.1.2 Toelichting
Productnaam of naam fabrikant	KN95 Protective Mask
Productiedatum	2020-06
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	KN95

Q1 Particle Penetration 0,3	Percentage	Filterkwaliteit P1/P2/P3
Masker 1	98%	P3
Masker 2	96%	P3
Masker 3	99%	P2

Q2 Fittest	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	<10	30
Testpersoon 2	<10	50
Testpersoon 3	-	15
<input checked="" type="checkbox"/> FAIL <input type="checkbox"/> PASS		


Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Artikelnummer VWS	Eindoordeel (op basis van Q1, Q2, Q3 én Q4)
<input type="checkbox"/> 957 (FFP1)	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd
<input type="checkbox"/> 958 (FFP2)	<input checked="" type="checkbox"/> Afkeur
<input checked="" type="checkbox"/> 971 (KN95)	
<input type="checkbox"/> 972 (FFP3)	

Algemene bevindingen:

- Het certificaat is onduidelijk ten aanzien van de eisen waaraan wordt voldaan, algemene verwijzing naar EN 149 met alleen de total inward leakage volgens FFP2.
 - Het certificaat geeft aan dat bij afgifte alleen de type examination is gedaan. Verder wordt wel vereist dat er een kwaliteitssysteem is bij fabricage (Annex VII of VIII), maar dat lijkt pas later te worden bekeken. Dit staat alleen in eisen aan fabrikant om aan de eisen te blijven voldoen.
 - De foto in het testrapport laat een masker zien waarop geen type is weergegeven of fabrikant. Volgens EN 149 Clause 9.2, is dit wel verplicht. De foto in het testrapport komt niet overeen met het masker dat in de verpakking zit (andere opdruk).
 - Het testen is uitgevoerd in China,. Daarmee voldoet het niet aan de eisen voor gezichtsvormen uit EN 149 (covering the spectrum of facial characteristics of typical users, subclausue 8.5.1.1)
- Masker is niet te herleiden naar de verpakking en documentatie.

LETTRÉ DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT-VRACHTBRIEF-VERVOERSDOCUMENT-FRACHBRIEF

1 Shipper / Absender / Afzender		CMR AVC - 2002	
5.1.2i		NL 789263	
Heerhugowaard		5.1.1c	
The Netherlands			
2 Destinataire / Empfänger		16 Transporter	
Centraal Boekhuis		Globenet BV	
Laanakkerweg 14		Schiphol, NL	
			
3 Delivery Place, Country / Auslieferungsort		17 Following Transporters	
Vianen / 4131PB		Schiphol Express	
4 Receipts Place and Date / Ort und Tag Übernahme			
Schiphol, 09-07-2020			
		18 Vorbehalt und Bemerkungen des Fahrers	
5 Documents annexes / Bijgevoegde Documenten			
MAWB nr 784-13789263			
6 Omschrijving		7 Aantal	8 Verpakking
MASK (250crt = 270.000 MASK)			16 EURO PALLETS
VWS KENMERK: 3057-23164_11			2293
*** Status "C" ****			
5.1.2b		GELOST GEADEN	
13 Opmerkingen		19 Speciale Afzender	Geldsoort
DELIVERY ASAP!		Overeenkomst	Ontvanger
		Vrachtprijs	
		Kortingen	
		Saldo	
		Bijeenkomsten	
		Totaal:	
14 Frankeringsvoorschriften / Prescriptions: FRANCO		20 Besondere afspraken	
15 Remboursement		13 JUL '20 8:55	
21 Plaats en Datum opmaken Vrachtbrief: Schiphol, 09 juli 2020		24 Goed Ontvangen / Plaats	
Afzender	5.1.2e	Transporter	Date Place 5.1.2e
		5.1.2e	
Signature du Destinataire			

exp date: 2022

Inboekrapport VWS

Naam ontvanger

5.1.2e

Datum

13-7-20

Afzender

5.1.2i Toelichting

Lotnummer

1984

Controle & Specificatie		Naam Teller:	5.1.2e
5.1.1c	<input type="checkbox"/> x lamga Pallets(s) à	aantal per doos =	5.1.1c
	<input type="checkbox"/> x Rest-pallet	aantal per verpakking =	5.1.1c
Samples (alleen nieuwe inslag)			
Totaal restpallet - aantal samples			
Totaal exemplaren geteld:			

Verplicht 2e telling

Controle & Specificatie		Naam Teller:	5.1.2e
5.1.1c	<input type="checkbox"/> x lamga Pallets(s) à	aantal per doos =	5.1.1c
	<input type="checkbox"/> x Rest-pallet	aantal per verpakking =	5.1.1c
Samples (alleen nieuwe inslag)			
Totaal restpallet - aantal sample			
Totaal exemplaren geteld:			

Bij telverschil tussen teller 1 en 2 moet de leiding erbij worden geroepen

Artikelnummer:

971

Inkoopnummer:

5.1.1c

LCH-nummer

3057 23169-10

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD

/

AFGEKEURD

Bijzonderheden:

exp date: 2022

Inboekrapport VWS

Naam ontvanger

5.1.2e

Datum

13-7-20

Afzender

5.1.2i Toelichting

Lotnummer

1989

Controle & Specificatie		Naam Teller:	5.1.2e
5.1.1c	<input type="checkbox"/> x lamga Pallets(s) à	aantal per doos =	5.1.1c	
	<input type="checkbox"/> x Rest-pallet			
Samples (alleen nieuwe inslag)		5.1.1c		
Totaal restpallet - aantal samples				
Totaal exemplaren geteld:				

Verplicht		2e telling		
Controle & Specificatie		Naam Teller:	5.1.2e	..
5.1.1c	<input type="checkbox"/> x lamga Pallets(s) à	aantal per doos =	5.1.1c	
	<input type="checkbox"/> x Rest-pallet			
Samples (alleen nieuwe inslag)		5.1.1c		
Totaal restpallet - aantal samples				
Totaal exemplaren geteld:				

Bij telverschil tussen teller 1 en 2 moet de leiding erbij worden geroepen

Artikelnummer:	971	Inkoopnummer:	5.1.1c
LCH-nummer	3057 25169-10		

Kwaliteitscontrole RIVM JA / NEE GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden: