



Eindbeoordelingsformulier - Isolatiejassen & Schorten

Lotnummer	100.087
Productnaam/Naam fabrikant	Isolation Gown (Medical use)
Leverancier	Weihai Dishang Medial Technolog

Waterkolomtest
<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> Niet van toepassing

Naadlekkage
<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> Niet van toepassing

Druppeltest
<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> Niet van toepassing

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM	+		
Oordeel AH/TOXI	+		

Eindbeoordeling

Datum: 21-07-2020	
Artikelnummer VWS	Quality Check:
<input type="checkbox"/> 810 (Maat S) <input type="checkbox"/> 811 (Maat M) <input checked="" type="checkbox"/> 812 (Maat L) <input type="checkbox"/> 813 (Maat XL) <input type="checkbox"/> 814 (Maat XXL) <input type="checkbox"/> 940 (Haltershorten) <input type="checkbox"/> 941 (Haltershorten lange mouw)	<input checked="" type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Afkeur
Algemene bevindingen:	
Na testen bleek dit een L ipv een XL	

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 20-07-2020