



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Beoordelingsformulier - Waterlekkagetest

Datum	27-07-2020
LOT-nummer	100.931
Productsoort, maat, materiaal	Handschoenen, XL nitril
Voor medische gebruik?	nee

Test word uitgevoerd volgens ISO NORM ISO 374-2:2019

Visuele controle handschoen (op gaten, scheuren en andere relevante bijzonderheden)

X PASS

FAIL , wat is er gezien?.....

Waterlekkagetest

Er worden twee handschoenen getest per doos, deze worden elk 3 min. lang gemeten.

Meting	Resultaat 1 liter H2O lekkage? (Pass/Fail)
Doos 1 Handschoen 1	Pass
Doos 1 Handschoen 2	Fail
Doos 2 Handschoen 1	-
Doos 2 Handschoen 2	-
Doos 3 Handschoen 1	-
Doos 3 Handschoen 2	-

Uitslag waterlekkagetest

PASS

X FAIL

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen.