

Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

### Eindbeoordelingsformulier mondknaskers - Chirurgisch masker IIR

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Lotnummer                               | 1443                  |
| Leverancier/Terugkoppelen aan           |                       |
| Productnaam of naam fabrikant           | Hunan Triplex type 2R |
| Type mondknasker (volgens de fabrikant) | 2R / YY0969           |

| AH/RIVM   | Spattest   | BFE  |
|---|--|--|
| Datum:15-7-2020   | Datum:   | Datum:   |
| <input type="checkbox"/> Pass<br><input type="checkbox"/> Fail<br><input type="checkbox"/> On Hold<br><input checked="" type="checkbox"/> Spattest<br><input checked="" type="checkbox"/> BFE | <input type="checkbox"/> Pass<br><input type="checkbox"/> Fail<br><input type="checkbox"/> On Hold | <input type="checkbox"/> Pass<br><input type="checkbox"/> Fail<br><input type="checkbox"/> On Hold |
| Uitleg indien On Hold:  | Uitleg indien On Hold:   | Uitleg indien On Hold:   |

| Q3 en Q4        | + | +/- | - |
|-----------------|---|-----|---|
| Oordeel RIVM    |   |     |   |
| Oordeel AH/TOXI |   |     | - |

#### Algemene bevindingen:

Er staan verschillende typenummers V-Shine in de documenten vermeld. Testrapport van SGS en splash test report van GFY zijn niet te herleiden naar het product. Er zijn veel interne testen uitgevoerd, ook naar spat en BFE. Welke grenswaarden hier aangehouden zijn, is niet duidelijk. (Uit onze eigen beoordeling blijkt: Producten bevatten regelmatig kunststof neusbeugels en/of geuren heel sterk. V-Shine maskers falen regelmatig op de spat.)

#### Eindbeoordeling

Datum:

| Artikelnummer VWS   | Quality Check:  |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 974 (Earloops)<br><input type="checkbox"/> 984 (Lint) | <input type="checkbox"/> Goedgekeurd<br><input type="checkbox"/> Afkeur |
| Algemene bevindingen:   |   |

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 10-07-2020