

Beoordeling, JIANGSU NANFANG IIR maskers**LCH2020-0207**

LCH2020-0207-6: HQTS (pre-shipment inspection), rapport H-20078127, Supplier: Hangzhou Qianyuan; Factory: JIANG SU NANFANG--> maskers met oor linten:6 majors waaronder slechte aanhechting linten en de randen van het masker met ongewenste vouwen en verontreinigingen op masker. Bovendien wisselende afmetingen van het masker

LCH2020-0207-6: HQTS (pre-shipment inspection), rapport H-20076164, Supplier: Hangzhou Qianyuan; Factory: JIANG SU NANFANG--> maskers met oor linten:3 majors waaronder slechte aanhechting linten. Bovendien wisselende afmetingen van het masker

LCH2020-0207-5: HQTS (pre-shipment inspection), rapport H-20065688, Supplier: Hangzhou Qianyuan; Factory: Evereast--> NVT

LCH2020-0207-5: HQTS (pre-shipment inspection), rapport H-20065690, Supplier: Hangzhou Qianyuan; Factory: JIANG SU NANFANG--> maskers met oor linten:3 majors waaronder slechte aanhechting linten en verontreinigingen op het masker

DOCS:

- presentatie Evereast Mediacla factory → NVT voor onderhavig product
- presentatie Henan Yubei factory → NVT voor onderhavig product
- TUV SUD test rapport heft betrekking op maskers met oor elastieken → niet relevant voor onderhavig product
- TUV Rheinland test report heft betrekking op maskers met oorelastieken → niet relevant voor onderhavig product

Conclusie: onvoldoende documentatie. Alleen de HQTS rapporten zijn te herleiden naar onderhavig product. Het overgelegde TUV SUD test rapport refereert naar maskers met oor elastieken

De documentatie is niet te herleiden tot onderhavige chirurgisch masker met oor linten.