

Beoordeling O2 health Hiorian con met UNIVERSAL CE2163

- Het certificaat is onduidelijk ten aanzien van de eisen waaraan wordt voldaan, algemene verwijzing naar EN 149 met alleen de total inward leakage volgens FFP2.
- Het certificaat geeft aan dat bij afgifte alleen de type examination is gedaan. Verder wordt wel vereist dat er een kwaliteitssysteem is bij fabricage (Annex VII of VIII), maar dat lijkt pas later te worden bekeken. Dit staat alleen in eisen aan fabrikant om aan de eisen te blijven voldoen.
- De foto in het testrapport laat een masker zien waarop geen type is weergegeven of fabrikant. Volgens EN 149 Clause 9.2, is dit wel verplicht. De foto in het testrapport komt niet overeen met het masker dat in de verpakking zit (andere opdruk).
- Het testen is uitgevoerd in China,. Daarmee voldoet het niet aan de eisen voor gezichtsvormen uit EN 149 (covering the spectrum of facial characteristics of typical users, subclausue 8.5.1.1)

Kortom. Het lijkt op het eerste gezicht aardig, maar bij iets betere controle zitten er fouten in of is het onvoldoende gegarandeerd dat altijd een goed product wordt geleverd.

Masker versus verpakking:

- Masker en verpakking kloppen niet met elkaar (FFP2 op masker en niet op verpakking, heel andere vorm masker op verpakking)