

**Beoordeling Pandacross Gorcci LCH2020.0074**

- Alle VLC files: niet gevalideerde testmethodes (aansteker, water gieten met flesje, door filter blazen); geen toegevoegde waarde;

**Alle files beginnend met LCH:**

- Be connected pre shipping controles: geen toegevoegde waarde niet gevalideerde testmethodes

**EN14683 - type IIR update on 26042020.pdf**

- TUV Sud rapport 17-4 tm 26-4-2020: rapportage niet herleidbaar naar Pandacross product. BFE test geeft een Pass, Differential pressure test geeft een PaSS, Spattest geeft PASS, aantal geteste samples is te weinig (13).
- Conclusie: rapportage niet herleidbaar naar product, Spattest onvolledig.

**Test fty CHTC EN 14683 2019 update on 04042020.pdf**

- Pony testing International Group: rapportage niet herleidbaar naar product