

Beoordeling PENINSULA YY0469 en YY0969

Type YY0969:

GTT-半岛医用 0969-EN.pdf:

- Engelstalig test rapport
- Rapportage niet herleidbaar naar product; Test report spreek van 'disposable surgical mask' report spreek over 'disposable medical mask'
- Spatbestendigheidstest ontbreekt (dit is te verwachten gezien de toetscriteria vanuit de YY0969)
- BFE test in het report geeft aan: >99%; YY0969 norm dicteert >95%

Conclusie: test rapport is niet herleidbaar naar voorliggend product. Spatbestendigheid niet getest in rapportage & geen item vanuit YY0969. Masker is geen type 2R.

Type YY0469:

Beoordeling nog maken als een fysiek LOT voorhanden is.

GTT-半岛医用外科 0469-EN.pdf:

- Engelstalig test rapport.
- Rapportage niet herleidbaar naar product. Onder "Customer identification information" noemt "40 medical surgical masks". Op voorliggende doos staat "Disposable Surgical mask" en het gaat om 50 stuks per doos.

Conclusie: test rapport is niet herleidbaar naar voorliggend product.