



## Eindbeoordelingsformulier mondneusmaskers - Chirurgisch masker R

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Lotnummer                                  | 100.035                   |
| Leverancier/LCH nummer                     |                           |
| Aantal                                     |                           |
| Productnaam of naam fabrikant              | ShengGuang Surgical Masks |
| Type mondneusmasker (volgens de fabrikant) | IIR                       |

| AH/RIVM  | Spattest (R)  |
|--|---|
| Datum: 19-8-20   | Datum: 17-8-20  |
| <input type="checkbox"/> Pass<br><input type="checkbox"/> Fail<br><input type="checkbox"/> On Hold<br><input checked="" type="checkbox"/> Spattest | <input checked="" type="checkbox"/> Pass<br><input type="checkbox"/> Fail |
| Uitleg indien On Hold:   |   |

|                       | + | +/- | - |
|-----------------------|---|-----|---|
| Oordeel AH/TOXI (Q3)  |   |     | - |
| Oordeel RIVM (Q4)     |   |     | - |
| Algemene bevindingen: |   |     |   |

### Eindbeoordeling

Datum: 18-8-20

| Artikelnummer VWS*   | Quality Check:   |
|--|--|
| Earloops <input checked="" type="checkbox"/><br>Lint <input type="checkbox"/><br>* aangezien geen BFE testen zijn<br>uitgevoerd kan geen uitspraak gedaan<br>worden over type II | <input type="checkbox"/> Goedgekeurd<br><input checked="" type="checkbox"/> Afkeur |
| Algemene bevindingen:<br>Pass in spattest. Afkeur op documentatie en verschillen tussen maskers.   |  |

#### Disclaimer:

Van de medisch mondneusmaskers IIR wordt alleen de 'R' getest met behulp van de normatieve spattest. Op basis van deze testresultaten kan alleen een uitspraak worden gedaan over de spatbestendigheid van de maskers. Er kan geen uitspraak worden gedaan over de efficiëntie van de filtratie van het masker, m.a.w. of het een type I of II is. Of het een type I of II is wordt weergegeven als het percentage bacteriën dat wordt tegengehouden door het masker. Dit wordt getest met de BFE test. Deze test is beschikbaar in Nederland en kan in opdracht worden uitgevoerd. Deze rapportage bevat een onafhankelijk beoordeling van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Resultaten geven slechts een gedeeltelijke weergave van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrjgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie 3: 4-08-2020