



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

### Eindbeoordelingsformulier mondkmaskers - Chirurgisch masker IIR

Lotnummer	100.080
Leverancier/Terugkoppelen aan	Majestic
Productnaam of naam fabrikant	M safe
Type mondkmasker (volgens de fabrikant)	EN 14683, type IIR

AH/RIVM	Spattest	BFE
Datum: 6 juli 2020	Datum:	Datum:
<input type="checkbox"/> Pass <input checked="" type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> On Hold <input checked="" type="checkbox"/> Spattest <input checked="" type="checkbox"/> BFE	<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> On Hold	<input type="checkbox"/> Pass <input checked="" type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> On Hold
Uitleg indien On Hold:	Uitleg indien On Hold:	Uitleg indien On Hold: <b>BFE gecancelled door VWS</b>

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

<p><b>Algemene bevindingen:</b>            Samenvattend: Veel documentatie, alleen fabrieksinspectie en order inspectie rapporten. Alle genoemde tests zijn uitgevoerd bij de fabriek zelf. Testmethoden schieten soms tekort (PFE ipv BFE, te weinig samples spattest). Testrapporten van onafhankelijk testinstituut ontbreken (voor alle drie producten) , CE certificaten van dit product ontbreken (indien aanwezig), de documentatie van het kwaliteitssysteem waarin genoemd wordt dat men medische maskers op een deugdelijke wijze produceert ontbreken.</p> <p>Plastic neusbeugel, niet vormvast</p> <p>BFE gecancelled door VWS: typering niet mogelijk</p>
--

### Eindbeoordeling

Datum:

Artikelnummer VWS	Quality Check:
<input type="checkbox"/> 974 (Earloops) <input type="checkbox"/> 984 (Lint)	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur

  
**Algemene bevindingen:**

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen.