



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Eindbeoordelingsformulier mondkmaskers - Chirurgisch masker IIR

Lotnummer	100.115
Leverancier/Terugg koppelen aan	Majestic
Productnaam of naam fabrikant	M safe
Type mondkmasker (volgens de fabrikant)	EN 14683, type IIR

AH/RIVM	Spattest	BFE
Datum:	Datum:	Datum:
<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> On Hold <input checked="" type="checkbox"/> Spattest <input checked="" type="checkbox"/> BFE	<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> On Hold	<input type="checkbox"/> Pass <input checked="" type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> On Hold
Uitleg indien On Hold:	Uitleg indien On Hold:	Uitleg indien On Hold: d.d. 17-07-2020: BFE test gecancelled door VWS, afkeur door ontbreken BFE data.

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Algemene bevindingen:

Samenvattend: Veel documentatie, alleen fabrieksinspectie en order inspectie rapporten. Alle genoemde tests zijn uitgevoerd bij de fabriek zelf. Testmethoden schieten soms tekort (PFE ipv BFE, te weinig samples spatstest). Testrapporten van onafhankelijk testinstituut ontbreken (voor alle drie producten), CE certificaten van dit product ontbreken (indien aanwezig), de documentatie van het kwaliteitssysteem waarin genoemd wordt dat men medische maskers op een deugdelijke wijze produceert ontbreken.

Plastic neusbeugel, niet vormvast. Spattest en BFE mogelijk later nog uitvoeren.

BFE test gecancelled door VWS, afkeur door ontbreken BFE data.

Eindbeoordeling

Datum:

Artikelnummer VWS	Quality Check:
<input checked="" type="checkbox"/> 974 (Earloops) <input type="checkbox"/> 984 (Lint)	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur
Algemene bevindingen:	



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen.