



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

## Eindbeoordelingsformulier mondneusmaskers - Chirurgisch masker R

<b>Lotnummer</b>	100.354
<b>Leverancier/Terugkoppelen aan</b>	Shengguang medical Instrument co., ltd
<b>Productnaam of naam fabrikant</b>	Surgical masks
<b>Type mondneusmasker (volgens de fabrikant)</b>	Chirurgisch masker type 2r

AH/RIVM	Spattest (R)
<b>Datum: 20-7-2020</b>	<b>Datum: 5-8-2020</b>
<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> On Hold <input checked="" type="checkbox"/> Spattest	<input type="checkbox"/> Pass <input checked="" type="checkbox"/> Fail
<b>Uitleg indien On Hold:</b>	

	+	+/-	-
<b>Oordeel AH/TOXI (Q3)</b>			-
<b>Oordeel RIVM (Q4)</b>			-
<b>Algemene bevindingen:</b>			

### Eindbeoordeling

**Datum: 5-8-2020**

Artikelnummer VWS*	Quality Check:
Earloops <input checked="" type="checkbox"/> Lint <input type="checkbox"/> * aangezien geen BFE testen zijn uitgevoerd kan geen uitspraak gedaan worden over type II	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur
<b>Algemene bevindingen:</b>	

#### Disclaimer:

Van de medisch mondneusmaskers IIR wordt alleen de 'R' getest met behulp van de normatieve spattest. Op basis van deze testresultaten kan alleen een uitspraak worden gedaan over de spatbestendigheid van de maskers. Er kan geen uitspraak worden gedaan over de efficiëntie van de filtratie van het masker, m.a.w. of het een type I of II is. Cf het een type I of II is wordt weergegeven als het percentage bacteriën dat wordt tegengehouden door het masker. Dit wordt getest met de BFE test. Deze test is beschikbaar in Nederland en kan in opdracht worden uitgevoerd. Deze rapportage bevat een onafhankelijk beoordeling van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Resultaten geven slechts een gedeeltelijke weergave van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie 3: 4-08-2020