



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Beoordelingsformulier - Waterkolom

Datum	17-07-2020
LOT-nummer	100.136
Productsoort	Isolatiejas

Indicatieve druppel test jas

PASS

FAIL

Indicatieve naadlekkage test jas:

PASS

FAIL, plek van de naadlekkage.....

Waterkolomtest

Er worden twee jassen getest, deze worden elk in drie stroken geknipt en gemeten.

Meting	Resultaat > 18 cmH ₂ O
1	OK
2	OK
3	OK
4	OK
5	OK
6	OK
Gemiddelde	OK
Standaarddeviatie	

Uitslag waterkolomtest

PASS

FAIL

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen.