

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Checklist prestatiecontrole jassen

Lotnummer	100.556
Leverancier	KUNSHAN JIEHONG
Productnaam	Isolatiejassen
Datum	17-07-2020
Besproken met RIVM	☒ JA

Advies: afkeur

Type projectieschort bij uitgifte: afkeur, op verpakking staat non medical

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De testpersonen beoordelen op binnendoos en/of direct omsluitende verpakking op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het schort zelf wordt gecontroleerd op kwaliteit, materiaal, sluitingen en pasvorm. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit schort zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief

Technical data sheet aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Declaration of conformity aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel testpersonen	Afkeur, op verpakking staat non medical
----------------------	---

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 10-07-2020



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

BINNENDOOS of ZAK		
1	Aantal schorten per binnendoos of zak?	10
2	Algemene indruk binnendoos? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat: ☐ Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos?	Isolation gowm (NON Medical)
4	Welke leverancier staat op de binnendoos?	KUNSHAN JIEHONG
5	Staat een CE merk op de doos?	☐ Ja ☒ Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos?	☐ NEN-EN 13795 ☐ 89/686/EEG ☐ NEN-EN 14126 NVT ☒
7	Is er een instructie bijgeleverd?	☐ Staat op de doos ☐ Los in de doos nvt ☒
8	Heeft de instructie betrekking op het schort in de doos?	☐ Ja ☒ Nee
9	Staat er een expiratie datum op <i>binnendoos</i>	☒ Ja ☐ Nee

Bijzonderheden:

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 10-07-2020



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

VERPAKKING OM HET SCHORT		
1	Zit er verpakking om het schort?	☐ Ja ☒ Nee
Zo ja:		
2	Hoe is de verpakking te openen?	☒ Gemakkelijk ☐ Lastig ☐ Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	☒ Ja ☐ Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 10-07-2020



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

HET SCHORT		
1	Algemene indruk schort?	☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het schort overeen met de foto op de binnendoos?	☐ Ja ☐ Nee, het volgende wijkt af: nvt
3	Wat staat er op het schort:	nvt
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het schort staat?	
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat?	
4	Waar is het materiaal van gemaakt?	☐ Non-Woven SMS ☐ Non-Woven SMMS ☐ Polyethyleen 50% non woven en 50% PE film ☒
5	Heeft het schort een nare geur?	☐ Ja ☒ Nee
6	Heeft het schort lange mouwen?	☒ Ja ☐ Nee
7	Worden de mouwen afgesloten met een elastisch manchet?	☒ Ja ☐ Nee
8	Sluit het schort ook de rug af?	☒ Ja ☐ Nee
9	Tot welke hoogte is het schort?	☐ Boven knie ☒ Tot aan knie ☐ Tot aan enkels ☐ Overall ☐
10	Hoe wordt schort bevestigd?	☒ Striksluiting nek ☒ Striksluiting taille ☐ Halterluiting nek ☐ Ritssluiting ☐
11	Hoe zitten de sluitingen aan het schort vast?	☐ Erop gestanst ☐ Erin gestanst ☐ Gelijmd ☒ Genaaid ☐
12	Wat is de kwaliteit van de sluitingen?	☒ Goed stevig vast ☐ Bij een keer dragen geen probleem ☐ Bij extra kracht laat het los

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 10-07-2020

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Pasvorm schort		
1	Hoe past het schort?	☒ Goed ☐ Te strak ☐ Te ruim ☐ Niet sluitend ☐
2	Waar past het schort niet/slecht	☐ Armen ☐ Benen ☐ Romp voorkant ☐ Romp achterkant ☐ NVT ☒
3	Kan het schort met de sluitingen strakker worden getrokken?	☒ Ja ☐ Nee
4	Wat gebeurt er bij bewegingen?	☒ Schort blijft goed zitten ☐ Schort opent of scheurt ☐

Bijzonderheden:

Bijzonderheden:

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 10-07-2020



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Mogelijke testen				
Test	Norm	Minimale eis		Resultaat
Microbial penetration wet	NEN-EN-ISO 13795-1			
Cleanliness microbial/Bioburden	NEN-EN-ISO 13795-1	≤300 CFU 100cm ²		
Liquid penetration	NEN-EN-ISO 13795-1	≥20 cm H ₂ O		
Bursting strength dry	NEN-EN-ISO 13795-1	≥40 kPa		
Bursting strength wet	NEN-EN-ISO 13795-1	≥40 kPa		
Tensile strength dry	NEN-EN-ISO 13795-1	≥20 N		
Tensile strength wet	NEN-EN-ISO 13795-1	≥20 N		
Resistance to penetration by contaminated liquid aerosols	NEN-EN 14126	Class	Penetration ratio (log)	
		3	Log> 5	
		2	3 <log≤ 5	
		1	1 <log≤ 3	
bacteriële doordringing van vocht	NEN-ISO 22610			

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 10-07-2020