






## Fittest by RIVM



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

Datum	10-07-2020
LOT-nummer	1935

Fit factor real time test < 10	<input type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	---	--

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1.  5.1.2e	Doos 2, te ruim <10	-		15
2.  5.1.2e	Doos 1	130		-
3.  5.1.2e	Doos 6	4.3		104
4. 				
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending?		ja		nee
			Is één clip voldoende?	-
Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)				
				

Type FFP Masker	KN95
Fit test ( <b>FAIL</b> of <b>PASS</b> )	PASS

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen.