

检测报告 Test Report

样品名称 Sample Name:	一次性使用口罩 Disposable Mask	检测类别 Test category	委托检测 commission test
型号规格 style	/	商标 label	/
委托单位 entrusting party	名称 Name	上海针织九厂有限公司/上海三枪(集团)有限公司 Shanghai No.9 Knitting Mill/Shanghai Three Gun (Group) Co., Ltd	
	地址 Address	/	电话 Tel
相关单位名称 Name of relevant company	/	样品获取方式 Sample acquisition method	快递 express
款号/批号/货号 style/batch/article NO.:	/	委托样品数量 sample quantity	1份 5.1.1c
样品状态/描述 Sample description	无异常 蓝白色 no abnormalities Blue and White	委托样品送到日期 Sample receiving date	2020-02-20
检测依据 test standard	GB 15979-2002		
检测日期 testing period	2020-02-20 至 2020-02-28 Feb 20, 2020 to Feb 28, 2020		
检测结论 Test result	详见检测结果汇总页 Pls find the testing result detail in Page 2  (盖章) 签发日期: 2020-02-28 Date of issue:		

备注:本报告中的符合性判定仅依据检测结果,不考虑其检测结果的不确定度。

Remark: The compliance judgement in this report is based only on the test results, the uncertainty of the test results is not considered.

5.1.2e

5.1.2e

Test report No.:20WS002842

报告编号:20WS002842

第 2 页 共 2 页

Page 2 of 2

Test Report

检测报告

样品编号:20WS002842

检测结果汇总 Test Result Summary						
序号 NO.	检测项目名称 TEST ITEM	单位 UNIT	技术要求 technical requirements	检测结果 Test Result	Individual Judgment 单项判定	
1	微生物指标 Microorganism	细菌菌落总数 Total number of bacterial colonies	CFU/g	≤200	<20	符合 PASS
		大肠菌群 Coliform	/	不得检出 ND	未检出 not detected	符合 PASS
		绿脓杆菌 Pseudomonas aeruginosa	/	不得检出 ND	未检出 not detected	符合 PASS
		金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus	/	不得检出 ND	未检出 not detected	符合 PASS
		溶血性链球菌 Streptococcus hemolyticus	/	不得检出 ND	未检出 not detected	符合 PASS
		真菌菌落总数 Total number of fungal colonies	CFU/g	≤100	12	符合 PASS
		备注: /				
以下空白。 End of report.						