

Eindbeoordelingsformulier

Isolatiejassen & Schorten

Lotnummer	A064
-----------	------

Waterkolomtest	
<input checked="" type="checkbox"/> Pass	
<input type="checkbox"/> Fail	
<input type="checkbox"/> Niet van toepassing	

Naadlekkage	
<input checked="" type="checkbox"/> Pass	
<input type="checkbox"/> Fail	
<input type="checkbox"/> Niet van toepassing	

Druppeltest	
<input checked="" type="checkbox"/> Pass	
<input type="checkbox"/> Fail	
<input type="checkbox"/> Niet van toepassing	

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM		+/-	
Oordeel AH/TOXI		+/-	

Eindbeoordeling

Datum	
Artikelnummer VWS	Quality Check:
<input type="checkbox"/> 810 (Maat S)	<input checked="" type="checkbox"/> Goedgekeurd
<input type="checkbox"/> 811 (Maat M)	<input type="checkbox"/> Afkeur
<input checked="" type="checkbox"/> 812 (Maat L)	
<input type="checkbox"/> 813 (Maat XL)	
<input type="checkbox"/> 814 (Maat XXL)	
Algemene bevindingen: Doc. onvolledig.	

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

8
4


1000

1000
1000

1000

1000

1000



rekeningnummer VWS

NEELISAI

Naam Ontvanger

Datum

24-06-2020

Aantal
inkooporder/pakbon

Lotnummer

A064 E

Aantal pallets

33

Totaal stuks

42.240

Aantal samples

13

Totaal aantal na samples

42.237

528 dozen

Aantal per pallet

1280

Aantal per doos

80

Aantal per verpakkingseenheid

Aantal komt overeen
met
inkooporder/pakbonJA /
NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Artikelnummer:

812

Inkooporder
nummer

305143

LCH-nummer

5.1.1c

Kwaliteitscontrole
RVMJA /
NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

L

Beoordelingsformulier - Waterkolom

Datum	29-06-2020
Inkoopnummer (indien bekend)	305143
LOT-nummer of X-nummer	A064
Productsoort	Isolatiejassen

Indicatieve druppel test jas

PASS

FAIL

Indicatieve naadlekkage test jas:

PASS

FAIL, plek van de naadlekkage.....

Waterkolomtest

Er worden twee jassen getest, deze worden elk in drie stroken geknipt en gemeten.

Meting	Resultaat > 18 cmH2O
1	ok
2	ok
3	ok
4	ok
5	ok
6	ok
Gemiddelde	ok
Standaarddeviatie	

Uitslag waterkolomtest

PASS

FAIL

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Checklist prestatiecontrole jassen

Lotnummer	A064	
Leverancier	onbekend	
Productnaam	Isolatiejas	
Datum	29-06-2020	
Besproken met RIVM	<input checked="" type="checkbox"/>	5.1.2e
Advies:	Zie beoordelingsform.	
Type projectieschort bij uitgifte:		

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De testpersonen beoordelen op binnendoos en/of direct omsluitende verpakking op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het schort zelf wordt gecontroleerd op kwaliteit, materiaal, sluitingen en pasvorm. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit schort zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	Geen dec, geen norm.	

Prestatie levering

Oordeel testpersonen	P455
----------------------	------

BINNENDOOS of ZAK		
1	Aantal schorten per binnendoos of zak?	/
2	Algemene indruk binnendoos? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	<input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos?	nvt
4	Welke leverancier staat op de binnendoos?	nvt
5	Staat een CE merk op de doos?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> NEN-EN 13795 <input type="checkbox"/> 89/686/EEG <input type="checkbox"/> NEN-EN 14126 nvt <input type="checkbox"/> GB18401-2010 <input type="checkbox"/>
7	Is er een instructie bijgeleverd?	<input type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos nvt <input type="checkbox"/>
8	Heeft de instructie betrekking op het schort in de doos?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET SCHORT		
1	Zit er verpakking om het schort?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja: <i>plastic zak</i>	
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>nvt</i>

Bijzonderheden:

HET SCHORT	
1	Algemene indruk schort? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het schort overeen met de foto op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>nvt</i>
3	Wat staat er op het schort: <i>nvt</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het schort staat?
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat?
4	Waar is het materiaal van gemaakt? <input type="checkbox"/> Non-Woven SMS <input type="checkbox"/> Non-Woven SMMS <input type="checkbox"/> Polyethyleen <input type="checkbox"/> <i>nvt</i>
5	Heeft het schort een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Heeft het schort lange mouwen? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
7	Worden de mouwen afgesloten met een elastisch manchet? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
8	Sluit het schort ook de rug af? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
9	Tot welke hoogte is het schort? <input type="checkbox"/> Boven knie <input checked="" type="checkbox"/> Tot aan knie <input type="checkbox"/> Tot aan enkels <input type="checkbox"/> Overall <input type="checkbox"/>
10	Hoe wordt schort bevestigd? <input type="checkbox"/> Striksluiting nek <input checked="" type="checkbox"/> Striksluiting taille <input type="checkbox"/> Haltersluiting nek <input type="checkbox"/> Ritssluiting <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kittelband nek.</i>
11	Hoe zitten de sluitingen aan het schort vast? <input type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input checked="" type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/>
12	Wat is de kwaliteit van de sluitingen? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

Pasvorm schort	
1	Hoe past het schort? <input checked="" type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Te strak <input type="checkbox"/> Te ruim <input type="checkbox"/> Niet sluitend <input type="checkbox"/>
2	Waar past het schort niet/slecht <input type="checkbox"/> Armen <input type="checkbox"/> Benen <input type="checkbox"/> Romp voorkant <input type="checkbox"/> Romp achterkant <input type="checkbox"/> <i>mf</i>
3	Kan het schort met de sluitingen strakker worden getrokken? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
4	Wat gebeurt er bij bewegingen? <input checked="" type="checkbox"/> Schort blijft goed zitten <input type="checkbox"/> Schort opent of scheurt <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

Mogelijke testen				
Test	Norm	Minimale eis		Resultaat
Microbial penetration wet	NEN-EN-ISO 13795-1			
Cleanliness microbial/Bioburden	NEN-EN-ISO 13795-1	≤300 CFU 100cm ²		
Liquid penetration	NEN-EN-ISO 13795-1	≥20 cm H ₂ O		
Bursting strength dry	NEN-EN-ISO 13795-1	≥40 kPa		
Bursting strength wet	NEN-EN-ISO 13795-1	≥40 kPa		
Tensile strength dry	NEN-EN-ISO 13795-1	≥20 N		
Tensile strength wet	NEN-EN-ISO 13795-1	≥20 N		
Resistance to penetration by contaminated liquid aerosols	NEN-EN 14126	Class	Penetration ratio (log)	
		3	Log > 5	
		2	3 <log ≤ 5	
		1	1 <log ≤ 3	
bacteriële doordringing van vocht	NEN-ISO 22610			

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.